

מכרז מס' 7475/25 לרכש חדרי רנטגן DR כולל פירוק, פינוי, התקנה ואחזקה

מענה לשאלות הבהרה נוספות

מס"ד	מסמך	שאלה	תשובה
117	כללי	לאור סד הזמנים הדוחק להגשת ההצעה, הכולל תכתובות עם היצרן בחו"ל ולוחות הזמנים השונים, ובשים לב לחג הפסח, מבוקש לאשר דחייה בת עשרה ימים להגשת ההצעה.	המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: יום ב' 28/4/2025 בשעה 14:00.
118	מענה לשאלות הבהרה	מעיון במענה לשאלות הבהרה שהתקבל ביום 7.4.25, עולה כי הגשת המכשיר בעל מערכת הפעלה מסוג Windows 10 לא תאושר, משום שהתמיכה בה צפויה להסתיים באוקטובר 2025. בהתאם, חברתנו מבקשת לאשר הגשה של מכשיר מדגם מתקדם יותר (שיצא לשיווק בשבועות האחרונים, לאחר פרסום המכרז) בעל מערכת הפעלה מסוג Windows 10, הכוללת תמיכה בה עד לחודש אוקטובר 2032 (בצירוף ספרות מקצועית מטעם היצרן המאשרת זאת). לאור האמור, ומאחר שמדובר במכשיר מדגם חדש שטרם הותקן בארץ, מבוקש להתבסס על ניסיון והמלצות שניתנו למכשיר בגרסתו הנוכחית, אשר מותקן בארץ מעל ל- 40 התקנות (ומערכת ההפעלה בו תיתמך עד אוקטובר 2026) לצורך עמידה בתנאי הסף. כמו כן, מבירור שנערך עם משרד הבריאות עולה כי אישור יחידת ביקורת קרינה יתקבל רק לאחר התקנת המערכת ובדיקת קרינה. בהתאם נבקש להמציא ללאומית את האישור במידה וחברתנו תזכה במכרז. ולאחר התקנת המערכת ובדיקת הקרינה כאמור.	לעניין windows 10 – הבקשה מקובלת בתנאי שעד סוף שנת 2025 (31.12.2025) המציע מתחייב לעדכן את מערכת ההפעלה ל-Windows 11, ככל שלא ניתן להתחייב לכך הבקשה אינה מאושרת. לגבי דגם המכשיר – ככל ומדובר על דגם יורש / משודרג של דגם קיים יש להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים על הדגם הקיים כולל פריסה, אישורים (משה"ב / קרינה), המלצות וכדו', ולהוסיף הצהרת יצרן כי מדובר על דגם יורש לדגם המוצע. הצעת המחיר המוגשת לא תשתנה בין הדגם המוצע לדגם היורש. ככל ולא מדובר בדגם יורש אלא בדגם חדש אשר לא עומד בתנאי הסף – לא ניתן להגיש עבורו הצעה למכרז.