

תחום 1 – מערכות ישיבה

דרישות תקינה

אפיון טכני לפריטים:

1. מערכת ישיבה לינארית בסיסית

2. מערכת ישיבה לינארית מורכבת

3. למערכת ישיבה אנטומית חלקית

4. מערכת ישיבה אנטומית מלאה

דרישות תקינה עבור מכרז מערכות ישיבה עבור כיסאות גלגלים ידניים

1. תקן איכות למציע

- 1.1 תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שלמציע תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 במהדורתו האחרונה, מעודכן, תקף ומאושר על-ידי מוסד מוכר ישראלי או בינלאומי.
- 1.2 להוכחת עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על עמידה בתקן איכות כאמור.

2. דרישות תקינה למוצרים מייצור מקומי

- 2.1 יצרן מקומי שאין בידו אישורים רגולטוריים המעידים על עמידתו בדרישות התקינה בארה"ב 1/א באיחוד האירופי מתבקש לצרף מסמך סקר סיכונים (RISK ANALYSIS).
- 2.2 אישור מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה (שאינה מופעלת מטעם המציע) או דו"ח מעבדה של היצרן המעיד על עמידת מערכת ישיבה בדרישות תקינה בנלאומיות (EN/ISO/IEC) בנושא עיכוב בעירה, או תקן ישראלי לעיכוב בעירה:
- 2.2.1 עבור מערכת ישיבה בכללותה
או 2 אישורים למערכת ישיבה:
- 2.2.2 עבור כיסויים של מערכת ישיבה
- 2.2.3 עבור חומר ממנו עשויה מערכת ישיבה

3. תקן איכות ליצרן מוצרי מדף מיובאים או של בעל המותג

- 3.1 הוכחה שליצרן המוצר תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 מעודכן, תקף ומאושר על-ידי מוסד מוכר ממדינה מוכרת. להוכחת עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על עמידה בתקן איכות כאמור.
- או ;
- 3.2 הוכחה כי יצרן המוצר פנה לגוף התעדה מוסמך במדינה מוכרת והחל בהליך לשם השגת תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001.
- או ;
- 3.3 הצהרת יצרן המאשרת שהחברה מיישמת מערכת אבטחת איכות (Quality Assurance System) לביקורת קבלה (incoming inspection), ביקורת תהליך (in-process inspection), ביקורת סופית (final inspection), טיפול בתלונות לקוח והודעה לרשויות (complaints handling and vigilance) ובקרה על שינויים

הנדסיים (control of engineering changes). במקרה זה יש לצרף להצהרת היצרן העתקים חתומים של הוראות העבודה (working procedures) לתהליכים אלו.

- 3.4 מציע שאין ביכולתו להמציא את האישורים שלעיל, רשאי לפנות למזמין במסגרת הליך שאלות הבהרה ולהסביר למזמין את מגבלותיו.
- 3.5 בכל מקרה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר את עמידת המוצרים בתנאי סף זה באמצעות בדיקה עצמאית לצורך הוכחת עמידה בדרישות סעיף זה.

4. דרישות תקינה למוצרים מיובאים (מוצרי מדף)

- 4.1 אישור תקף מטעם היחידה לאביזרים ומכשור רפואי במשרד הבריאות (להלן: "אישור אמ"ר").
- 4.2 הספק יהיה רשאי להציג במועד החתימה על החוזה, תחת אישור אמ"ר, מסמכים המעידים על פנייה ליחידה לאביזרים ומכשור רפואי במשרד הבריאות. במקרה זה יציג הספק את האישור תוך 6 (שישה) חודשים ממועד החתימה על החוזה.
- 4.3 אישור אמ"ר מהווה תנאי להזמנת מוצרים מהספק, וכי עד להשלמת האישורים לא יוזמנו מוצרים מהספק.
- 4.4 במידה וטרם הוצג אישור אמ"ר:
- 4.5 תנאי מוקדם להשתתפות במכרז של מוצרים מיובאים הינו שלמוצר אישורים תקפים (תקפים, הכוונה שהונפקו על ידי גוף רגולטורי ו/או גוף/מעבדה מוסמך/מוסמכת) המעידים על עמידתו בדרישות התקינה בארה"ב ו/או באיחוד האירופי, כמפורט להלן:
- 4.5.1 **ארה"ב: (1) אישור רישום במאגר הנתונים של ה- FDA בארה"ב -** Establishment Registration and Device Listing לפי FDA CFR 807 ; ו/או ;
- 4.5.2 **אירופה: (1) הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי** הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC או הרגולציה למכשור רפואי (MDR) 2017/745.
- 4.5.3 **לגבי כל אחד מהמוצרים – למוצר אישור מעכב בערה (fire retardant)** כמפורט להלן:
- 4.5.3.1 תקן ISO 16840-2 במהדורתו האחרונה או תקן מקביל תואם ממדינה מוכרת.
- 4.5.3.2 על כל מוצר מדף להיות בעל תקן:
- 4.5.3.2.1 עבור המוצר מדף בכללותו או
- 4.5.3.2.2 שני אישורים לכל מוצר מדף:
- (1) אישור מעכב בערה לכיסוי הפריט

ובנוסף

(2) אישור מעכב בערה לחומר ממנו עשוי פריט

4.5.4 **מובהר: (1)** מהדורות התקנים לעיכוב בעירה מתייחסות למהדורות

העדכניות של התקן לזמן פרסום המכרז, (2) ניתן לצרף אישורים או דו"חות גם על עמידה בדרישות התקינה של מהדורות קודמות ובלבד שאין בשינוי המהדורה כדי להשפיע על הבטיחות, יעילות והביצועים של המוצר.

לתשומת לב: במקרה שמציע מצרף אישור המתייחס למהדורה קודמת מזו שצוינה לעיל, עליו **לצרף הסבר** המבהיר מדוע אין השפעה מבחינת נוסח המהדורה על הבטיחות, יעילות והביצועים של המוצר המוצע, ההסבר צריך להינתן על ידי מעבדה מוסמכת או על ידי היצרן תוך ציון כישוריו הרלוונטים לנושא של המצהיר.

4.5.5 המציע יכול להציע הוכחות לעמידה בתקנים אחרים שהם לא ממשפחת EN/ISO/IEC ומלבד שהם מקבילים ותואמים כלומר שעוסקים בנושא הנדון ומקובלים במדינות מוכרות. במקרה כזה על המציע לפנות לוועדת המכרזים מבעוד מועד, במסגרת הליך שאלות הבהרה, בצרף הסבר לגבי תאימות תקנים אלו.

4.6 לצורך הוכחת עמידה בדרישות סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו, עבור כל אחד מהמוצרים המיובאים המוצעים על ידו, אישורים כמפורט בסעיף 4.5.1 **או** בסעיף 4.5.1 ו-4.5.1 לעיל.

5. הספק ידווח למזמין על כל אירוע חריג חמור שהתרחש בקשר למוצר המורשה (Serious Adverse Events), על איסוף מוצרים מהשטח (Recall) ועל קבלת מכתבי אזהרה (Warning Letters) מרשויות תקינה כלשהן. כמו כן, מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות כאמור, אם יתקבלו.

6. **מוצר (מוצר מדף) שלא נאסר לשימוש**

6.1 תנאי מוקדם להשתתפות המוצר במכרז הוא שבשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה, לא נאסר השימוש במוצר על ידי רשויות תקינה כלשהן מסיבות בטיחותיות.

6.2 לצורך הוכחת עמידה בדרישות סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו, עבור כל אחד, או קבוצת מוצרים מהמוצרים המוצעים על ידו, אישור מיצרן המוצר או בעל המותג.

מערכות ישיבה (אינסרטים)

שם המציע: _____

1. דרישות מספק מורשה לייצור והתאמת מערכות ישיבה:

- 1.1 ניסיון של 3 שנים לפחות במוסדות ממשלתיים (משרד הבריאות, משרדה ביטחון, משרד הרווחה) או מוסדות ציבוריים (מרכזי גריאטריה, מרכזי שיקום, בתי חולים) בייצור ובניית אינסרטים ובהתאמת מערכות ישיבה.
- 1.2 יתרון לעבודה עם איש מקצוע בעל ניסיון של 3 שנים לפחות (פיזיותרפיסט / מרפא בעיסוק). הכוונה שבעסק יהיה איש מקצוע שעסק בתחום הושבה.
- 1.3 יתרון לעובדי הספק שעברו הכשרות בנושאי טכנולוגיה מסייעת ומערכות ישיבה בפרט (יש להציג אישורים רלוונטיים).
- 1.4 עבודה תתבצע לפריסה ארצית: תנאי סף מהספק יכולת לספק שירות בפריסה ארצית עם צוות טכנאים שעבר את כל ההכשרות התנאי סףות בנושאי מערכות ישיבה

2. דרישות מספק מורשה להתאמת מוצרי מדף למערכות ישיבה:

- 2.1 ניסיון של 3 שנים לפחות בהתאמת מערכות ישיבה מורכבות.
- 2.2 יתרון לעבודה עם איש מקצוע בעל ניסיון של 3 שנים לפחות (פיזיותרפיסט / מרפא בעיסוק).
- 2.3 יתרון לעובדי הספק שעברו הכשרות בנושאי טכנולוגיה מסייעת ומערכות ישיבה בפרט (יש להציג אישורים רלוונטיים).
- 2.4 ניתנת האפשרות להשתמש ולהציג מחירון של מוצרי מדף, כגון משענות גב, מושבים, תמיכות (יריכיים, צד, שוקיים, ברכיים, כפות רגליים), רצועות וחגורות מסוגיהם. ראו טבלת מוצרי מדף בהמשך.
- 2.5 יתרון לאישור של היצרן שהספק עבר השתלמות בנושא.
- 2.6 יתרון לפריסה ארצית.
3. ספק שאינו עומד בדרישות סעיף 1 לעיל, ועומד בדרישות סעיף מספר 2, יהיה מורשה להתאים מוצרי מדף בלבד למערכות ישיבה.
4. ספק הכסא שזכה במכרז של לאומית והספק המורשה של מערכת ישיבה יתאמו העברת הכסא לצורך ביצוע התאמת האינסרט למשתמש.
5. התקנת מערכות הישיבה תתבצע ע"י ספק מורשה להתקנת מערכות ישיבה בלבד ולא ע"י ספק הכסא אלא אם זה נבחר להיות ספק מורשה להתקנת מערכות ישיבה.
6. התקנת מערכת הישיבה תתבצע רק על כסאות גלגלים שנבחרו במכרז.
7. מכתבי המלצה ממוסדות.

8. הערות כלליות:

- 8.1 מערכת ישיבה תסופק במקרים חריגים בהם ההתאמות המופיעות במכרזים של כיסאות גלגלים, או כיסאות מיוחדים, או כיסאות ממונעים לא נותנות מענה.
- 8.2 אחריות הכוללת לאספקת המכשיר בתום ביצוע ההתאמות הישיבה מותלת על ספק המכשיר וספק מערכת הישיבה.
- 8.3 שני הגורמים (ספק הכיסא וספק מערכת הישיבה) יתאמו ביניהם את מועד התאמה סופית ויוודאו את סיום תהליך ומסירת הכיסא

מפרט טכני למערכת ישיבה לינארית בסיסית:

א. מערכת כוללת: מושב ומשענת גב עשויים ממשטח מרופד קשיח, משענת ראש וחגורת אגן

פרוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	נתונים טכניים – מערכת ישיבה לינארית בסיסית
	תנאי סף	1. מותאם ליושב בכסא גלגלים או בטיולון (בכסאות או טיולונים שאינם כוללים אינסרטים)
	תנאי סף	2. מותאם עבור כל המידות של כיסאות גלגלים וטיולונים
נא לציין: קבוע/נשלף	תנאי סף	3. אופן קיבוע האינסרט לכסא – קבוע או נשלף (נא לציין את אפשרויות הקיימות)
אופן חיבור: _____		3.1. במידה ונשלף, נא לציין את אופן החיבור לכסא
		4. מושב:
עשוי עץ/ פלסטיק/ מתכת עובי: _____ ציפוי הבסיס: _____	תנאי סף	4.1. בסיס המושב: עשוי עץ, או פלסטיק, או מתכת (נא לפרט סוג החומר, עובי וציפוי הבסיס)
	תנאי סף	4.2. מרופד על בסיס קשיח
	תנאי סף	4.3. עשוי ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)
	תנאי סף	4.4. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)

פרוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	נתונים טכניים – מערכת ישיבה לינארית בסיסית
		5. משענת גב:
	תנאי סף	5.1. מרופדת על בסיס קשיח
	תנאי סף	5.2. עשויה ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)
	תנאי סף	5.3. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)
	תנאי סף	6. משענת ראש נשלפת
חומר: _____	תנאי סף	7. חגורת אגן (מרופדת, סוג אבזם - נא לציין סוג החומר)
		8. כיסוי (עבור כל המכלולים בהם קיים כיסוי):
	תנאי סף	8.1. ניתן להורדה
	תנאי סף	8.2. מונע חדירת נוזלים (נא לצרף הצהרת היצרן/חומר טכני רלוונטי)
	תנאי סף	8.3. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)

פירוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	9. דרישות אופציונליות:
		9.1. כיסוי אנטי בקטריאלי
	אביזר חובה	9.2. כיסוי לפרזול עליון של הרגליות ליחידה
	אביזר חובה	9.3. חגורת 4 נקודות
		9.4. <u>במידה וקיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:</u>
		9.4.1.
		9.4.2.
		9.4.3.

		.9.4.4
		.9.4.5
		.9.4.6

ב. מפרט טכני למערכת ישיבה לינארית מורכבת

מערכת כוללת: מושב ומשענת גב עשויים ממשטח מרופד קשיח, משענת ראש, חגורת אגן, חגורת פרפר, תמיכות ירכיים, תמיכות צד, מפריד ברכיים, שולחן

פרוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	נתונים טכניים – מערכת ישיבה לינארית מורכבת
		1. מותאם ליושב בכסא גלגלים או טיולון
	תנאי סף	2. מותאם עבור כל המידות של כיסאות גלגלים וטיולונים
נא לציין: קבוע/נשלף	תנאי סף	3. אופן קיבוע האינסרט לכסא – קבוע או נשלף (נא לציין)
אופן מחיבור: _____		3.1. במידה ונשלף, נא לציין את אופן החיבור לכסא
	תנאי סף	4. המערכת עשויה בכללותה ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)
		5. מושב:
	תנאי סף	5.1. מרופד על בסיס קשיח
	תנאי סף	5.2. עשוי ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)
	תנאי סף	5.3. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)
		6. משענת גב:
	תנאי סף	6.1. מרופדת על בסיס קשיחה
	תנאי סף	6.2. עשויה ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)
	תנאי סף	6.3. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)
	תנאי סף	7. תמיכות ירכיים (נא לציין סוג החומר)
	תנאי סף	8. תמיכות צד מתכווננות ונשלפות (נא לציין סוג החומר)
	תנאי סף	9. מפריד ברכיים נשלף

פרוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	נתונים טכניים – מערכת ישיבה לינארית מורכבת
אפשרות 1 : אפשרות שנייה : אפשרות שלישית :	תנאי סף	10. משענת ראש נשלפת (נא לציין אפשרויות)
	תנאי סף	11. חגורת אגן (מרופדת, סוג אבזם - נא לציין סוג החומר)
		12. כיסוי:
	תנאי סף	12.1. ניתן להורדה
	תנאי סף	12.2. מונע חדירת נוזלים (נא לצרף הצהרת היצרן/חומר טכני רלוונטי)
	תנאי סף	12.3. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)

פירוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	13. דרישות אופציונליות:
	אביזר חובה	13.1. חגורת פרפר
	אביזר חובה	13.2. חגורת אגן מרופדת
	אביזר חובה	13.3. חגורת אגן - אבזם לחיצה (רכב)
	אביזר חובה	13.4. חגורת 4 נקודות
		13.5. חגורות אחרות (נא לציין סוג)
		13.5.1
		13.5.2
		13.5.3

	אביזר חובה	13.6. שולחן :
		13.7. שולחן עשוי עץ כולל פרזול מותאם
		או
		13.8. שולחן עשוי פרספקס כולל פרזול מותאם
	אביזר חובה	13.9. רצועת כף רגל קדמית בהתאמה
	אביזר חובה	13.10. רצועות שוקיים (זוג)
	אביזר חובה	13.11. כיסוי לפרזול עליון של הרגליות ליחידה
		13.12. כיסוי אנטי בקטריאלי
		13.13. <u>במידה וקיימות אופציות נוספות</u> <u>שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:</u>
		13.13.1.
		13.13.2.
		13.13.3.
		13.13.4.
		13.13.5.
		13.13.6.
		13.13.7.
		13.13.8.
		13.13.9.

ג. מפרט טכני למערכת ישיבה אנטומית חלקית
מערכת כוללת: כרית מושב או משענת גב המעוצבים בהתאמה אישית.

פרוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	נתונים טכניים – מערכת ישיבה אנטומית חלקית
		1. מותאם ליושב בכסא גלגלים או טיולון
	תנאי סף	2. מותאם עבור כל המידות של כיסאות גלגלים וטיולונים
נא לציין: קבוע/נשלף	תנאי סף	3. אופן קיבוע האינסרט לכסא – קבוע או נשלף (נא לציין אפשרויות)
אופן חיבור: _____		3.1. במידה ונשלף, נא לציין את אופן החיבור לכסא
	תנאי סף	4. המערכת עשויה בכללותה ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)
נא לציין: כרית מושב/משענת גבנא	תנאי סף	5. כרית מושב או משענת גב (אחת מבין השתיים)
	תנאי סף	5.1. מעוצבת בהתאמה אישית
	תנאי סף	5.2. עשוי ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)
	תנאי סף	5.3. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)
		5.4. כיסוי
	תנאי סף	5.4.1. ניתן להורדה
	תנאי סף	5.4.2. מונע חדירת נוזלים (נא לצרף הצהרת היצרן/חומר טכני רלוונטי)
	תנאי סף	5.4.3. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)
		5.5. כרית מושב כוללת:
	תנאי סף	5.5.1. תמיכות ירכיים

פרוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	נתונים טכניים – מערכת ישיבה אנטומית חלקית
	תנאי סף	5.5.2. פומל נשלף
	תנאי סף	5.5.3. חגורת אגן
		5.6. משענת גב כוללת:
	תנאי סף	5.6.1. תמיכות צד נשלפות ומתכווננות
	תנאי סף	5.6.2. חגורת פרפר

פירוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	6. דרישות אופציונליות :
		6.1. משענת ראש – עבור משענת גב בהתאמה אישית
		6.1.1. קבועה או נשלפת (ניתנת לשינוי גובה - בהתאם לצרכי הזכאי)
	אביזר חובה	6.2. חגורת אגן מרופדת
	אביזר חובה	6.3. חגורת אגן - אבזם לחיצה (רכב)
	אביזר חובה	6.4. חגורת 4 נקודות
		6.5. ריפוד לשולחן
	אביזר חובה	6.6. תמיכות/מעצור למניעת נפילת ידיים מהשולחן
	אביזר חובה	6.7. שולחן :
		6.7.1. שולחן עשוי עץ כולל פרזול מותאם
		או
		6.7.2. שולחן עשוי פרספקס כולל פרזול מותאם
	אביזר חובה	6.8. רצועת כף רגל קדמית בהתאמה
	אביזר חובה	6.9. רצועות שוקיים
	אביזר חובה	6.10. כיסוי לפרזול עליון של הרגליות ליחידה

		6.11. במידה וקיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:
		6.11.1.
		6.11.2.
		6.11.3.
		6.11.4.
		6.11.5.
		6.11.6.

ד. מפרט טכני מערכת ישיבה אנטומית מלאה

מערכת כוללת: משענת מעוצבת גב ומושב מעוצב המותאמים אישית, תמיכות ירכיים, תמיכות צד, מפריד ברכיים, משענת ראש, חגורות: פרפר, 4 נקודות או אגן בהתאם לצורך, שולחן

פרוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	נתונים טכניים – מערכת ישיבה אנטומית מלאה
	תנאי סף	1. מותאם ליושב בכסא גלגלים או טיולון
	תנאי סף	2. מותאם עבור כל המידות של כיסאות גלגלים וטיולונים
נא לציין: קבוע/נשלף	תנאי סף	3. אופן קיבוע האינסרט לכסא – קבוע או נשלף (נא לציין אפשרויות)
אופן חיבור: _____		3.1. במידה ונשלף, נא לציין את אופן החיבור לכסא
אפשרות ראשונה: _____ אפשרות שנייה: _____ אפשרות שלישית: _____	תנאי סף	4. המערכת עשויה בכללותה ספוג (נא לציין צפיפויות אפשריות)
		5. מושב מעוצב:
	תנאי סף	5.1. עשוי ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)
	תנאי סף	5.2. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)
		6. משענת גב מעוצבת:
	תנאי סף	6.1. עשויה ספוג (בהתאם לצרכי הזכאי)

פרוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	נתונים טכניים – מערכת ישיבה אנטומית מלאה
	תנאי סף	6.2. מעכב בערה (נא לצרף תקנים – אירופאי או אמריקאי)
	תנאי סף	7. תמיכות ירכיים
	תנאי סף	8. תמיכות צד נשלפות
	תנאי סף	9. מפריד ברכיים נשלף
	תנאי סף	10. משענת ראש נשלפת
		10.1. קבועה או נשלפת (ניתנת לשינוי גובה - בהתאם לצרכי הזכאי)
		10.2. אפשרויות נוספות (נא לפרט)
	תנאי סף	11. 3 חגורות לפחות לפי הצורך – בהתאם לצורך (סעיפים 11.1 – 11.4)
		11.1. חגורת אגן
		11.2. חגורת פרפר
		11.3. חגורת 4 נקודות
		11.4. אחר
	תנאי סף	12. שולחן נשלף (נא לציין שיטת החיבור בשולחן)

פירוט הדגם המוצע	דרישת לאומית	13. דרישות אופציונליות :
		13.1. ריפוד לשולחן
	אביזר חובה	13.2. תמיכות/מעצור למניעת נפילת ידיים מהשולחן
	אביזר חובה	13.3. שולחן :

		13.3.1. שולחן עשוי עץ כולל פרזול מותאם
		או
		13.3.2. שולחן עשוי פרספקס כולל פרזול מותאם
	אביזר חובה	13.4. כיסוי לפרזול עליון של הרגליות ליחידה
	אביזר חובה	13.5. רצועות שוקיים
	אביזר חובה	13.6. מעטפת למניעת בריחת ידיים
	אביזר חובה	13.7. משענת ראש קבועה
	אביזר חובה	13.8. משענת ראש פריקה 2 כיוונים
	אביזר חובה	13.9. משענת ראש פריקה 3 כיוונים
	אביזר חובה	13.10. משענת ראש חובקת
		6.12. <u>במידה וקיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:</u>
		13.10.1.
		13.10.2.
		13.10.3.
		13.10.4.
		13.10.5.
		13.10.6.
		13.10.7.
		13.10.8.
		13.10.9.
		13.10.10.

ה. מחירון לפריט בודד

שם הפריט	פירוט הדגם המוצע
1. כיסויים וריפודים:	
1.1. כיסוי מושב	
1.2. כיסוי גב	
1.3. כיסוי משענת ראש	
1.4. ריפוד למשטחי כף רגל	
2. חגורות ורצועות:	
2.1. חגורת אגן בסיסית	
2.2. חגורת אגן מיוחדת מרופדת (מותאמת לעובי עפ"י הצרכים ונסגרת באבזם בהתאמה אישית)	
2.3. חגורת אגן - קליפס	
2.4. חגורת אגן - אבזם לחיצה (רכב)	
2.5. חגורת פרפר	
2.6. חגורת חזה	
2.7. חגורת 4 נקודות	
2.8. חגורת "H" לבית חזה Body Point	
2.9. רצועת גופיה ופרפר	
2.10. זוג רצועות צולבות לכפות רגליים	
2.11. רצועת כף רגל קדמית בהתאמה	
2.12. רצועות שוקיים בהתאמה	
2.13. רצועות עקבים בהתאמה	
3. אביזרים:	

שם הפריט	פירוט הדגם המוצע
3.1. תמיכות ירכיים	
3.2. שולחן	
3.3. מפריד ברכיים נשלף	
3.4. מפריד ברכיים נוסף (יש לציין עלות לכל סוג, ולא יותר משלושה פריטים)	
3.4.1.	
3.4.2.	
3.4.3.	
3.5. ריפוד אותף לרגליות (יחידה)	
3.6. זוג משטחי כף רגל מרופדות	
3.7. משטחי כף רגל מרופדים (זוג)	
3.8. כרית לתמיכת צד מרופדת בהתאמה אישית	
3.9. משענת גב	
3.10. מושב	
3.11. משענת גב אנטומית	
3.12. מושב אנטומי	
3.13. מעטפת למניעת בריחת הידיים	
3.14. כנפיים לשולחן בהתאמה	
4. משענות ראש:	
4.1. משענת ראש קבועה	
4.2. משענת ראש פריקה 2 כיוונים	
4.3. משענת ראש פריקה 3 כיוונים	

שם הפריט	פירוט הדגם המוצע
4.4. משענת ראש חובקת	
4.5. משענת ראש מתכווננת נשלפת	
4.6. משענת ראש מתחברת על ידית הובלה	
4.7. משענת ראש מעל 3 צירים	
14. <u>במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:</u>	
14.1.	
14.2.	
14.3.	
14.4.	
14.5.	
14.6.	
14.7.	

9. טבלת מוצרי מדף:

שם הפריט	פירוט הדגם המוצע
1. מוצרי מדף (משענות גב, מושבים, תמיכות (יריכיים, צד, שוקיים, ברכיים, כפות רגליים), רצועות וחגורות מסוגיהם	
הערה: עבור מוצרי מדף יש להציג אישורי יצרן לרבות התקנים הקיימים	

שם הפריט	פירוט הדגם המוצע
למערכת ישיבה (אירופאי או אמריקאי) לרבות מעכב בערה	
1.1.	
1.2.	
1.3.	
1.4.	
1.5.	
1.6.	
1.7.	
1.8.	
1.9.	
1.10.	
1.11.	
1.12.	
1.13.	
1.14.	
1.15.	
1.16.	
1.17.	
1.18.	
1.19.	
1.20.	
1.21.	
1.22.	
1.23.	

שם הפריט	פירוט הדגם המוצע
1.24.	
1.25.	
1.26.	
1.27.	
1.28.	
1.29.	
1.30.	
1.31.	