

מכרז מס' 7475/25 לרכש חדרי רנטגן DR כולל פירוק, פינוי, התקנה ואחזקה				
מענה לשאלות הבהרה				
מס"ד	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
1	תנאים כלליים למכרז	כללי	מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בעשרה ימים	המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: 21/04/2025 בשעה 14:00
2	תנאים כלליים למכרז	כללי	במסמכים לא הוזכרו שיפוך וקונסטרוקציה. אנו מניחים שעלויות אלו הן על לאומית	עבודות בינוי והכנת תשתית על חשבון לאומית. עבודות חיווט והתקנת החדר באחריות הספק. מאושר.
3	תנאים כלליים למכרז	1.2	מאחר וחברתנו איננה עומדת בדרישות המפרט לחדר DR קומפלט רצפתי, אמנם בכוונתה להגיש הצעה עבור חדר DR קומפלט תקרתי, מבוקש לאפשר למציעים להציע חדר אחד בלבד.	נוסח הסעיף יעודכן: 1.5 כל מציע נדרש להגיש הצעה לאחד החדרים לפחות . בהתאם, יעודכנו גם הסעיפים הבאים: סעיף 1.4 יעודכן כדלקמן: " במסגרת מכרז זה, בכוונת לאומית להכריז על זוכה אחד לכל סוג חדר. אין מניעה שאותו מציע יזכה בכל סוגי החדרים." סעיף 4.2 יעודכן כדלקמן: "כל מציע חייב להגיש הצעתו לסוג חדר אחד לפחות, כאשר מובהר כי בכוונת לאומית להכריז על זוכה אחד לכל חדר. התחרות במכרז תהיה על הצעת המחיר לכל חדר בנפרד. אין מניעה שאותו מציע יזכה בכל סוגי החדרים." סעיף 6.1.3 יעודכן כך שפרמטר איכות הציוד ייבחן ביחס לסוג החדר/ים שהוגשו/ למכרז ותיערך בחינת איכות לכל סוג חדר בנפרד. סעיף 6.1.4 יעודכן כדלקמן: " בשלב השני - תיבחן ההצעה הכספית. הסכום שילקח בחשבון יהיה סכימה של טבלת הצעת המחיר (ד1, ד2, ד3) לכל חדר בנפרד, למעט פריטי אופציה. סעיף 6.2.3 יעודכן כדלקמן: "מובהר כי התחרות היא לגבי כל סוג חדר בנפרד ולאומית רשאית לערוך הליך תחרותי נוסף באחת הדרכים שנמנו לעיל, או להחליט שלא לערוך הליך כזה, לגבי אחד או יותר מסוגי החדרים." סעיף 6.3 יעודכן כדלקמן: "בחירת זוכה במכרז - לאחר ביצוע הליך תחרותי נוסף (אם בוצע), המציע אשר הצעתו ביחס לסוג חדר ספציפי תזכה לציון הגבוה ביותר, יוכרז כזוכה במכרז... בכוונת לאומית לבחור ספק אחד זוכה לכל סוג חדר, אך אין מניעה שאותוספר יזכה ביותר מסוג אחד או בכל סוגי החדרים במכרז..." בנספח ב', תצהיר המציע, יתווסף סעיף כדלקמן: "4.1 אנו מגישים הצעתנו לסוגי החדר/ים כמפורט להלן [נא לסמן]: חדר DR קומפלט תקרתי חדר DR קומפלט רצפתי כולל TILT – AUTO TRAKING חדר DR קומפלט רצפתי בסיסי מצ"ב נספח ב' מעודכן. מצ"ב גם נספח ד' מעודכן. נספחים ד-1 - ד-3 יוותרו ללא שינוי. נספח ו' יעודכן כדלקמן: בוהואיל השלישי, ייכתב כדלקמן: "הספק הגיש הצעה למכרז לחדר _____ והצעתו נבחרה ע"י לאומית כזוכה במכרז". מאושר.
4	תנאים כלליים למכרז	1.3	מבקש להאריך את זמן האספקה, חודשיים זה זמן לא ריאלי. מאחר שהמשלוח הוא ימי והוא לבדו אורך כחודשיים ויש להוסיף לזמן זה את זמן ייצור המערכת. זמן ריאלי הוא כארבעה חודשים.	הסעיף לא נכון, הכוונה לסעיף 3.1 בנספח א' - מפרט כללי. סעיף 3.1 במפרט הכללי, נספח א, יעודכן כדלקמן: "הספק יספק את הציוד לא יאוחר מארבעה חודשים מיום הוצאת ההזמנה".
5	תנאים כלליים למכרז	1.4	מבוקש למחוק את הסעיף	ר' תשובה לשאלה מס' 1.2 לעיל.
6	תנאים כלליים למכרז	1.5	נבקש לאפשר לגשת לחלק מהרמות של המכשור	ר' תשובה לשאלה מס' 3 לעיל.
7	תנאים כלליים למכרז	1.5	מבוקש להחליף את המילה "מחויב" במילה "רשאי"	ר' תשובה לשאלה מס' 3 לעיל.
8	תנאים כלליים למכרז	1.5	מאחר וחברתנו איננה עומדת בדרישות המפרט לחדר DR קומפלט רצפתי, אמנם בכוונתה להגיש הצעה עבור חדר DR קומפלט תקרתי, מבוקש לשנות את הסעיף כך שכל מציע יהא רשאי להציע הצעה עבור רמת חדרים אחת.	ר' תשובה לשאלה מס' 3 לעיל.
9	תנאים כלליים למכרז	1.7	נבקש לדחות את מועד ההגשה לאחר חג הפסח, זאת בשל קוצר הזמן להערכות מתן תשובות סופיות כה סמוך למועד פרסום המענהים לשאלות	ר' תשובה לשאלה מס' 1 לעיל.
10	תנאים כלליים למכרז	1.12.3	סעיף 1.12.3 - מבוקש לבטל הסעיף. ישנן התחייבויות חוזיות שלא ניתן לכלול באישור ביטוח / בפוליסה.	הבקשה נדחית.
11	תנאים כלליים למכרז	1.12.4	סעיף 1.12.4 – מבוקש להחליף את המילה: "לבצע" במילה: "לערוך"	הבקשה מקובלת.
12	תנאים כלליים למכרז	1.12.7	מבוקש להוסיף לאחר המילים: "מסמכי הביטוח שנמסרו ע"י הספק" את המילים: "במסגרת שאלות ההבהרה, ולאומית לא תקבלו במסגרת התשובות לשאלות ההבהרה"	הבקשה מקובלת.
13	תנאים כלליים למכרז	1.12.10	מבוקש למחוק: "המהווים אישור והצהרת המציע (הספק) והכיסויים הביטוחיים הנדרשים"	הבקשה נדחית.
14	תנאים כלליים למכרז	1.16	מבוקש להוסיף בסיפא "עד למועד הזכייה", וזאת בשים לב למועדי האספקה הקצרים, שכן בשלב הזכייה המציע מסתמך על הזכייה ומתקשר עם גורמים שלישיים לצורך המכרז והאספקה.	הבקשה נדחית.
15	תנאים כלליים למכרז	2.1.4	מבקש לשנות את התנאי לשלושה חדרים המותקנים בקופה במקום חמישה.	הסעיף יעודכן כדלקמן: " ליצור הציוד המוצע יש לפחות 10 חדרי רנטגן מותקנים בארץ הכוללים ציוד כמפורט בנספח א-1 , כאשר לפחות 3 מתוכם מותקנים בבתי חולים / בקופות חולים והינם מאחד או יותר מהדגמים המוצעים ללאומית במכרז זה התואם לפריטים כמפורט בנספח א-1 .
16	תנאים כלליים למכרז	2.1.4	מבוקש לאפשר לחברתנו להגיש את הצעתה על אף שעומדת בדרישות המפרט (וכי ניסיונה בהתאם) ביחס לחדר DR קומפלט תקרתי בלבד.	מאושר. סעיף 1.5 עודכן ובהתאם יתר הסעיפים הנוגעים בנושא.
17	תנאים כלליים למכרז	2.1.7	אנא הבהירו מהו המסמך הנדרש	מפורט בנספח ג'. יש להציג אישור משרד הבריאות לשימוש בחדר רנטגן ק"ים הכולל את הציוד המוצע.
18	תנאים כלליים למכרז	2.3	מבוקש כי טרם הפסילה תינתן לספק זכות טיעון ואפשרות להמציא את המסמכים הנדרשים.	לא מקובל. לאומית תפעל על פי דין.
19	תנאים כלליים למכרז	4.2	מאחר וחברתנו איננה עומדת בדרישות המפרט לחדר DR קומפלט רצפתי, אמנם בכוונתה להגיש הצעה עבור חדר DR קומפלט תקרתי, מבוקש לאפשר למציעים להציע חדר אחד בלבד, ובהתאם להגיש הצעת מחיר עבור חדר אחד בלבד.	מאושר. סעיף 1.5 עודכן ובהתאם יתר הסעיפים הנוגעים בנושא.

20	תנאים כללים למכרז	7.3	בשורה הרביעית - מבוקש לשנות את המילים "רשאית לאומית" ל"רשאים לאומית והספק".	לא מקובל.
21	תנאים כללים למכרז	7.6	בשורה השנייה - לאחר המילים "לפי שיקול דעתה הבלעדי" מבוקש להוסיף את המילים "ולאחר קבלת אישורו של הספק".	לא מקובל.
22	נספח א' – מפרט כללי	1.2	מאחר וחברתנו איננה עומדת בדרישות המפרט לחדר DR קומפלט רצפתי, אמנם ככוונתה להגיש הצעה עבור חדר DR קומפלט תקרתי, מבוקש לאפשר למציעים להציע חדר אחד בלבד.	מאושר. סעיף 1.5 עודכן ובהתאם יתר הסעיפים הנוגעים בנושא.
23	נספח א' – מפרט כללי	3.1	חודשיים הוא תקופה קצרה מדי, האם ניתן לקבל 4 חודשיים?	מאושר. הסעיף יעודכן: "הספק יספק את הציוד לא יאוחר מ-4 חודשים מיום הוצאת ההזמנה".
24	נספח א' – מפרט כללי	3.3	מבקש לאשר גם שנת יצור קודמת (חדר שמוזמן באפריל אם יוצר ב-24 הוא עדיין חדר חדש לחלוטין)	לא מאושר בגורף. מקרים חריגים יאושרו פרטנית מול לאומית, לפי שיקול דעתה.
25	נספח א' – מפרט כללי	9.2-9.3	מבוקש להבהיר כי האחריות אינה כוללת, תיקון תקלות הנובעות משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, שבר, נזק, חבלה, נפילה או תקלות שנגרמו ע"י גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או ע"י גורם טכני שלא הוסמך ע"י היצרן. מקרים כאלו יידונו עם הלקוח באופן ספציפי והתיקון יבוצע לאחר סיכום התנאים לביצוע.	מקובל
26	נספח א' – מפרט כללי	9.3	במסגרת האחריות יבוצעו ללא תשלום נוסף רק עדכונים יצרן המוגדרים Mandatory FCO או Safety	מאושר
27	נספח א' – מפרט כללי	9.4	מבוקש להבהיר כי השירות יסופק בין השעות 08:00 – 17:00 בימים א'-ה'. השירות אינו כולל שירות בימי שישי, שבת וחג. קריאות שירות בימי שישי, שבת וחג במקרי השבתה של ציוד מציל חיים בלבד, ייענו בתשלום תחת תעריפי החברה לשעות מיוחדות.	לא מקובל. הסעיף יוותר בעינו.
28	נספח א' – מפרט כללי	9.5	מבוקש לתקן שאספקת החלקים תבוצע תוך 5 ימי עסקים.	הסעיף יעודכן: "אספקת חלקי החילוף, ככל שיידרשו, עבור תקלה משביתה, תיעשה תוך יום עבודה אחד <u>נספח</u> , למעט אספקת שפופרת עמוד, שתיעשה תוך 3 ימי עבודה מקריאת השירות. אספקת חלקי חילוף עבור תקלה לא משביתה תיעשה תוך 5 ימי עבודה".
29	נספח א' – מפרט כללי	9.6	במידה ורוצים שהיו חלקי חילוף על המדף זוהי דרישה לא הגיונית לחלקי חילוף מאותה שנה.	אספקת חלקי חילוף לא מאותה שנת ייצור תאושר פרטנית ע"י לאומית בהתאם לנסיבות שייבחנו פרטנית עבור כל תקלה.
30	נספח א' – מפרט כללי	9.9	מבוקש להבהיר את הכוונה בסעיף זה ובעיקר למונח "קוד טכנאי". הסעיף אינו ברור.	קוד טכנאי / שם משתמש וסימא - קוד שנועל גישה למערכות
31	נספח א' – מפרט טכני	כללי	מי נושא בעלות הכנת תשתיות לקליטת המערכות.	עבודות בינוי והכנת תשתית על חשבון לאומית. עבודות חיווט והתקנת החדר באחריות הספק.
32	נספח א' – מפרט טכני	2.2.1	נבקש לאפשר דגמים רצפתיים ללא TILT	לא מאושר
33	נספח א' – מפרט טכני	3.3	האם ניתן להגיש לחדר צילום רצפתי גם שולחן קבוע.	לא מאושר.
34	נספח א' – מפרט טכני	5.4	מאחר שהתקנת ורטיגרף עם בוקי המתכוון 0-90 מעלות מצריכה חדר גדול (מינימום 5.5 מ' אורך) מבקש לאפשר להציע בוקי המתכוון 20-90 מעלות- מצורפת תמונה	תשומת לב המציע כי יש לעמוד בתנאי הסף 2.1.6, המפנה למפרט הטכני, נספח א'-1, כלשונו. אם בזמן ההתקנה יתברר כי לא ניתן להתקין בוקי המתכוון כפי הנדרש, הסוגיה תיבחן ותיפתר פרטנית מול הספק הזוכה.
35	נספח א' – מפרט טכני	5.4	נבקש לאפשר דגמים רצפתיים ללא TILT	לא מאושר
36	נספח א' – מפרט טכני	6.1	נבקש לאפשר גלאי אלחוטני בגודל זהה	לא מאושר.
37	נספח א' – מפרט טכני	2.3+6.7	נבקש לאשר להשתמש בגלאי אלחוטני של בוקי שולחן שולחן עבור דגם רצפתי	לא מאושר.
38	נספח א' – מפרט טכני	9.2.1	היות ומדובר במחשב שהינו חלק אינטגרלי ממכשיר רפואי ומערכת הפעלה שלו מותאמת ספציפית לתחום, נבקש לשנות ל-Windows 10 הנמצא בתמיכת היצרן	לא מאושר. מיקרוסופט הודיעה כי התמיכה במערכת ההפעלה Windows 10 תסתיים ב-14 באוקטובר 2025. לאחר תאריך זה, לא יסופקו עדכוני אבטחה, תיקוני באגים או תמיכה טכנית למערכת.
39	נספח א' – מפרט טכני	9.2.2	מבקש לשנות ל-8GB	לא מאושר Windows 11 עובד טוב יותר עם 16Gb
40	נספח א' – מפרט טכני	9.2.1	האם ניתן להציע מערכת הפעלה Windows10 Embedded, ובעתיד לעדכן לגרסה האחרונה	לא מאושר. מיקרוסופט הודיעה כי התמיכה במערכת ההפעלה Windows 10 תסתיים ב-14 באוקטובר 2025. לאחר תאריך זה, לא יסופקו עדכוני אבטחה, תיקוני באגים או תמיכה טכנית למערכת.
41	נספח א' – מפרט טכני	9.3+11.5-11.7	נבקש לאפשר דגמים שעובדים עם PACS אחד MWL אחד או לחילופין להחריג את הדגמים הנ"ל לסל נפרד עבור המכונים שאין בהם צורך ב-2 מפעילים.	לא מאושר
42	נספח א' – מפרט טכני	10.5.9	מבקש לאפשר הצעה לביצוע Sticking ידני	הסעיף יעודכן: 10.5.9 בחדר תקרתי ניתן יהיה לבצע צילומי עמוד שדרה (Scoliosis) בצורה אוטומטית, המכשיר יאפשר תיקון (stitching) וחיבור של מספר תמונות אוטומטיות. בחדר רצפתי ניתן לבצע Sticking ידני.
43	נספח א' – מפרט טכני	10.5.9	צריך לציין למתלה תקרה בלבד.	אכן. סעיף יעודכן: 10.5.9 בחדר תקרתי ניתן יהיה לבצע צילומי עמוד שדרה (Scoliosis) בצורה אוטומטית, המכשיר יאפשר תיקון (stitching) וחיבור של מספר תמונות אוטומטיות. בחדר רצפתי ניתן לבצע Sticking ידני.
44	נספח א' – מפרט טכני	10.6.3	האם עבודות בינוי כמו חשמל, צבע, קירות וכו' באחריות לאומית או הספק?	עבודות בינוי והכנת תשתית על חשבון לאומית (כולל חשמל, צבע, קירות). עבודות חיווט והתקנת החדר באחריות הספק.
45	נספח א' – מפרט טכני	10.6.3	נבקש להבהיר כי פעולות המוזכרות אינן כוללות בינוי מכל סוג שהוא	עבודות בינוי והכנת תשתית על חשבון לאומית. עבודות חיווט והתקנת החדר באחריות הספק.
46	נספח א' – מפרט טכני	10.6.3	מתי יתקיים סיור הספקים	הסעיף יעודכן: 10.6.3 על הספק הזוכה לקיים סיור מקדים בחדר המיועד לפני כל התקנה. הספק יעביר מסודר לנציג לאומית את עבודות הבינוי וההכנות הנדרשות לצורך התקנת החדר. העבודות יבוצעו על ידי אגף תשתיות של לאומית והספק יגיע להתקנת החדר לאחר עבודות התשתית הנדרשות.

47	נספח א-1 מפרט טכני	11.3	נבקש הבהרה לאיזה חדר.	חדר תקרתי בלבד. הסעיף יעודכן: 11.3 המוצר יאפשר צילום עמודי שדרה (Scoliosis) מלא בצורה אוטומטית בחדר תקרתי (בחדר רצפתי יבוצע בצורה ידנית) או באמצעות אופציה בתוכנת העיבוד (Stiching). הכוונה ל-2 ספקים שונים שעובדים על שתי רשתות שונות ולכן בהכרח על שני מחשבים שונים (לדוגמא מכון שבבוקר נתן שירות למבוטחי לאומית ובליילה משמש כטרם ונותן מענה לכלל קופות החולים).
48	נספח א-1 מפרט טכני	11.5	סותר את 11.7 נשמח להבהרה וארכיטקטורת מערכת אין היתכנות עם סעיף 6.7	ניסוח הסעיף יעודכן: 11.5 חדר הרנטגן יוכל להתממשק לשתי רשתות שונות (שני מחשבים שונים) ותהיה יכולת לעבוד כל פעם על מחשב/רשת שונה. כלומר לשלוח צילומים ל-2 תכנות PACS שונות (כל פעם לפי הרשת הרלוונטית שתיבחר) ולקבל DICOM MODALITY WORK LIST משתי מערכות שונות.
49	נספח א-1 מפרט טכני	11.7	סותר את 11.5 נשמח להבהרה ותרשים מערכת אין היתכנות עם סעיף 6.7	ראה תשובה לשאלה מס' 48 לעיל
50	נספח א-1 מפרט טכני	11.7	מה מטרת שימוש 2 המחשבים הנוספים ומי רוכש אותם לאומית/הספק?	יש מכונים בהם עובדים שני מפעילים. בשעות הבוקר לאומית ובשעות הערב טרם. כל מפעיל מתחבר עם המערכת שלו. לאומית רוכשת את עמדת הבקרה (סעיף 7 בהצעת המחיר - נספח ד), ככל וידרשו 2 עמדות, לאומית/ המפעיל השני ירכוש עמדה נוספת ע"פ המחיר המוצע במכרז.
51	נספח א-1 מפרט טכני	14.4	אל פסק יגבה את עמדת הבקרה ולא את כל מערכת הרנטגן, אנא אישורכם.	מאושר
52	נספח א-1 מפרט טכני	15	סעיף זה אינו רלוונטי למערכת המוצעת. מבוקש לבטלו.	הכוונה בסעיף זה היא שמערכת הבקרה הינה חלק בלתי נפרד מחדר הרנטגן וכוללת את אותם תנאים הן בהיבט האחריות (5 שנים), והן מבחינת מענה לתקלות (לפי תנאי המכרז). ושירות תמיכה זמין. סעיף 15 ייחקק ויוסח מחדש. 15. למען הסר ספק, מערכת הבקרה (מחשב) הינה חלק אינטגרלי מחדר הרנטגן הנרכש ועל כן כוללת את כל תנאי המכרז הן בהיבט אחריות והן בהיבט שירות תיקונים ותמיכה.
53	נספח א-2: אבטחת מידע	1.3	מבוקש להבהיר כי חברתנו מציעה מערכת מטעמה ואינה נדרשת לאבטח את המידע המצוי במערך האבטחה של לאומית, בהתאם נבקש להסיר את הסעיף.	ככל ולא עובר מידע רפואי פרטי ו/או מידע פרטי ע"פ חוק הגנת הפרטיות, הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי. יש להשאיר
54	נספח א-2: אבטחת מידע	7.4	המציע אינו נדרש לבצע עיבוד מידע אישי רגיש במיקור חוץ, ובהתאם נבקש להסיר את הסעיף.	ככל ולא עובר מידע רפואי פרטי ו/או מידע פרטי ע"פ חוק הגנת הפרטיות, הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי. יש להשאיר
55	נספח א-2: אבטחת מידע	9.4	היות ומדובר במערכת אינטגרלית וסגורה, נבקש לבטל את הדרישה	סעיף 9.4 יעודכן כדלקמן: "ככל ועמדת הבקרה של המפעיל כוללת מחשב מטעם הספק הזוכה אשר איננו חלק אינטגרלי מהמערכת, יש להביא דוגמה אחת של מחשב כזה למערכות מידע להתקנת מאסטר (במידה ומחילפים דגם מחשב גם צריך להביא ללאומית)".
56	נספח א-2: אבטחת מידע	11.1.2	מבוקש להבהיר כי מדובר על מערכת דימות רנטגן ולא על משאב רשת, מכאן הרי שמבוקש להסיר את הדרישה שכן איננה רלוונטית למערכת המוצעת.	מצוין בסעיף הראשי זהה מתייחס בעיקר למערכת ניהול: 11. דרישות אבטחת מידע למכשור ולמערכת ניהול (ככל ותהיה)
57	נספח א-2: אבטחת מידע	11.1.4	מבוקש להבהיר כי אימות רב שלבי יחול רק על משתמשים בעלי הרשאה לבצע שינויים במערכת.	מקובל
58	נספח א-2: אבטחת מידע	11.2	מבוקש להבהיר כי שאליות LDAP אינן נתמכות, בהתאם מבוקש לשנות את הדרישה כך כי ניתן יהיה להציע תמיכה ב Kerberos authentication כחלופה ל LDAP.	מקובל. סעיף 11.2.1 יעודכן כדלקמן: "נתוני מטופלים המאוחסנים במכשיר חייבים להיות מוגנים מפני גישה בלתי מורשית. כל גישה לנתונים מחייבת הזדהות מאומתת ע"י Kerberos authentication או LDAP"
59	נספח א-2: אבטחת מידע	11.2.4	על מנת לעמוד בדרישות הסעיף, מבוקש להבהיר כי ניתן יהיה לחבר את המערכת המוצעת ל firewall חיצוני.	לא מדובר על חיבור ל Firewall חיצוני אלא תמיכה בהגדרה של access list.
60	נספח א-2: אבטחת מידע	11.3.3	נבקש לבטל את הדרישה	מקובל. סעיף 11.3.3 יימחק.
61	נספח א-2: אבטחת מידע	11.4.1	מבוקש להבהיר כי המערכת המוצעת (בהתאם לדרישות המכרז) מחוברת למספר גלאים. התקשורת בין גלאי לבין המחשב הראשי במערכת היא באמצעות כרטיס רשת שני. בהתאם מבוקש לשנות את הסעיף כך שהדרישה תתייחס לחיבור של קו רשת אחד בין המחשב הראשי למוסד הרפואי.	סעיף 11.4.1 יעודכן כדלקמן: "לא יותקן מכשיר עם 2 כרטיסי רשת ומעלה לחיבור לרשת לאומית".
62	נספח א-2: אבטחת מידע	11.5.4	מבוקש להציע משתמש בעל הרשאת "טכנאי" במקום Administrator. מבוקש להבהיר כי למשתמש זה יש הרשאות "Power" לביצוע שינוי הגדרות במערכת.	סעיף 11.5.4 יעודכן כדלקמן: "שם משתמש וסיסמה בעלי הרשאת גישה של Administrator או "טכנאי" יועברו לאגן מערכות מידע בלאומית ע"מ לבצע תחזוקה שוטפת".
63	נספח ב' - תצריט טעם המציע	6	מבוקש למחוק את הסעיף ולרשום במקום: "אנו מתחייבים כי במקרה שתבחר הצעתנו כהצעה הזוכה, נמציא ללאומית אישור ביטוח חתום על ידי המבטחת בהתאם לדרישות נספח ז' (1) (אישום קיום ביטוח) להסכם"	הבקשה נדחית
64	נספח הצעת מחיר: ד, ד2, ד3		בטבלאות אלו אתם דורשים מחיר לכל פריט בנפרד אך ישנם פריטים שמגיעים חלק מהמערכת כולה ולא ניתנים לתמחור נפרד (אלא אם כן מדובר בחלקי חילוף) הצעתנו היא לאחד את הפריטים הבאים: שולחן טיפולים, ורטיגרף, גלאים ניחים 2', גנרטור ושפורפרת כולל קולימטור. הפריטים הבאים יכולים להיות מתומחרים בנפרד: גלאי נייד, עמדת בקרה למפעיל.	לא מאושר
65	נספח ד - הצעה כספית	טבלה ד-1	הצעת המחיר הינה לפי חלקים. כיצד ניתן לבטא הנחה למחיר חדר שלם אשר עולה פחות מסך חלקיו?	הנחה מושכלת על כל חלק אשר תוביל סך הכל למחיר המוצע המכרזי.
66	נספח ד - הצעה כספית	טבלה ד-2	הצעת המחיר הינה לפי חלקים. כיצד ניתן לבטא הנחה למחיר חדר שלם אשר עולה פחות מסך חלקיו?	הנחה מושכלת על כל חלק אשר תוביל סך הכל למחיר המוצע המכרזי.
67	נספח ד - הצעה כספית	טבלה ד-3	הצעת המחיר הינה לפי חלקים. כיצד ניתן לבטא הנחה למחיר חדר שלם אשר עולה פחות מסך חלקיו?	הנחה מושכלת על כל חלק אשר תוביל סך הכל למחיר המוצע המכרזי.
68	נספח ו' נוסח הסכם ונספח ו'	3.1	מאחר וחברתנו איננה עומדת בדרישות המפרט לחדר DR קומפלט רצפתי, אמנם ככוונתה להגיש הצעה עבור חדר DR קומפלט תקרתי, מבוקש לאפשר למציעים להציע חדר אחד בלבד.	מאושר. סעיף 1.5 עודכן ובהתאם יתר הסעיפים הנוגעים בנושא.
69	נספח ו' נוסח הסכם ונספח ו'	3.2	מבוקש להחליף את המילים "רשאית לאומית" למילים "רשאים הצדדים"	לא מקובל.
70	נספח ו' נוסח הסכם ונספח ו'	3.3	מבוקש להוסיף לאחר המילים "שלא תוקנה על ידי המציע" את המילים "לאחר שניתנה למציע הדמנות לתיקון וזכות טיעון".	הסעיף יותר בעינו.
71	נספח ו' נוסח הסכם ונספח ו'	6.1	מבוקש: 1.בשורה הראשונה: למחוק את המילה "לבדו"; להחליף את המילים "מלאה ומוחלטת" במילים "לפי דין"; למחוק את המילים "שהוא, בלי יוצא מן הכלל", להוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק". 2.בשורה החמישית: למחוק את המילים "או מחדל".	לא מקובל.

72	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	6.2	מבוקש: 1.שורה ראשונה - להחליף את המילה "פצה" במילה "ישפה"; 2.שורה ראשונה - להחליף את המילה "מיד" במילים "תוך זמן סביר"; 3.שורה ראשונה – למחוק את המילה "בכל" ולהוסיף לאחר המילה "הנזק" את המילים "מוכח וקצוב". 4.שורה שניה - לאחר המילים "לו/ה/הם" להוסיף "כתוצאה ממעשה שעשה הספק ללא אשמת לאומית". 5.מבוקש להכפיף את הסעיף להוראת פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו של ערכאה שיפוטית מוסמכת; למסירת הודעה מיידית ובכתב לספק בדבר כל נזק, הפסד והוצאה, והעברת ניהול ההגנה באופן בלעדי לידי הספק תוך שיתוף פעולה מצד לאומית. 6.מבוקש להבהיר כי אין בסעיף (ו/או) בסעיפי אחריות נוספים) כדי להטיל על הספק ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין וכי אין באמור בהם כדי לפטור את לאומית ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות המוטלת עליהם על פי דין.	לא מקובל.
73	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	6.3	מבוקש: 1.בשורה השנייה למחוק את המילים "ו/או מחדליהם"; 2.בשורה השלישית למחוק את המילים "ו/או מחדל של הספק"; 3.בשורה הרביעית למחוק את המילים "ללא תנאי ולאלתר"; 4.בשורה הרביעית להוסיף לאחר המילים "כל סכום" את המילים "קצוב ומוכח" 5.בשורה הרביעית – להוסיף לאחר המילה "נזק" את המילה "ישיר".	לא מקובל.
74	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	6.4	מבוקש למחוק את הסיפא "ובלבד שלא יהיה בכך כדי להטיל על לאומית הוצאה כספית";	לא מקובל.
75	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.1.1 (כותרת) - מבוקש לציין "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר בגבולות אחריות משותפים"	סעיף 7.1.1 (כותרת) - מבוקש לציין "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות משותפים"	מוסכם בה כי במקרה של ביטוח משולב, כמבוקש, יוכל גבול האחריות המשותף לכדי 4,000,000 ₪.
76	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.1.1 (א) - שורה 4 – מבוקש להוסיף לאחר המילה: "נזק" את המילים: "רכוש ו/או גוף"	סעיף 7.1.1 (א)	הבקשה נדחית .
77	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.1.1 (ה) - מבוקש למחוק את הסעיף.	סעיף 7.1.1 (ה)	הבקשה נדחית.
78	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.1.3 (כותרת) - מבוקש לציין: "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות משותפים"	סעיף 7.1.3 (כותרת)	מוסכם בה כי במקרה של ביטוח משולב, כמבוקש, יוכל גבול האחריות המשותף לכדי 4,000,000 ₪.
79	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.1.3 (א) – מבוקש למחוק: "באחריותו של הספק להרחיב את פוליסת הביטוח" ולציין במקום: "הפוליסה תורחב" (ג)	סעיף 7.1.3 (א) – מבוקש למחוק: "באחריותו של הספק להרחיב את פוליסת הביטוח" ולציין במקום: "הפוליסה תורחב" (ג)	הבקשה מקובלת.
80	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.1.3 (ו) - מבוקש למחוק: "כל עוד מתקיימת אחריות על פי דין אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו" ולציין במקום: "למשך 5 שנים נוספות ממועד סיום ההתקשרות"	סעיף 7.1.3 (ו) - מבוקש למחוק: "כל עוד מתקיימת אחריות על פי דין אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו" ולציין במקום: "למשך 5 שנים נוספות ממועד סיום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
81	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.1.3 (ו) - מבוקש להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריות על פי דין", במילים "למשך 3 שנים נוספות מתום ההתקשרות".	סעיף 7.1.3 (ו)	הבקשה נדחית.
82	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.3 - מבוקש למחוק את המילים: "ו/או כלפי"	7.2	הבקשה נדחית.
83	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	מבוקש למחוק את הסעיף.	7.3	הבקשה נדחית.
84	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.6 – מבוקש למחוק: "יוכלו ו/או"	7.6	הבקשה נדחית.
85	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.7 - מבוקש לבטל הסעיף. ישנן התחייבויות חוזיות שלא ניתן לכלול באישור ביטוח / בפוליסה.	7.7	הבקשה נדחית.
86	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	מבוקש למחוק את הסעיף.	7.7	הבקשה נדחית.
87	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	מבוקש למחוק את המילים: "ועל הספק... בהתאם"	7.8	הבקשה נדחית.
88	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.8 - מבוקש למחוק: " ועל הספק לבחון חשיפות לנזקים ו/או לחביות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם"	7.8	הבקשה נדחית.
89	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.9 – מבוקש למחוק: "בכתב בדואר רשום"	7.9	הבקשה נדחית.
90	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	מבוקש למחוק את המילים: "כמפורט לעיל... קבלני המשנה בביטוחיו" ולהחליפן במילים: "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות"	7.11	הבקשה נדחית.
91	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.11 - מבוקש למחוק (משורה 3) "אף הם את כל הביטוחים... לחילופין יכלול הספק את אחריותם של קבלני המשנה בביטוחיו" ובמקום לרשום: "ביטוחים נאותים בהתאם להיקף הפעילות וההתקשרות עמם"	7.11	הבקשה נדחית.
92	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	סעיף 7.12 – מבוקש להחליף: "נספח ה' " בנספח: "ז'1"	7.12	הבקשה מקובלת.
93	נספח ו':נוסח הסכם ונספחיו	מבוקש :	7.12	
		1. למחוק את המילה "מחדל";	7.12	הבקשה נדחית.
		2.למחוק את המילים "לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי ספק משנה מטעם הספק";	7.12	הבקשה נדחית.
		3.להבהיר כי חובת השיפוי תהא כפופה להוראת פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו של ערכאה שיפוטית מוסמכת. למסירת הודעה מיידית ובכתב לספק בדבר כל נזק, הפסד והוצאה והעברת ניהול ההגנה באופן בלעדי לידי הספק ותוך שיתוף פעולה מצד לאומית.	7.12	הבקשה נדחית.

94	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	7.15	סעיף 7.15 – מבוקש להחליף: "נספח ה' " בנספח: "ז'1"	הבקשה מקובלת.
95	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	7.18	סעיף 7.18 - מבוקש למחוק: " לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו"	הבקשה נדחית.
96	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	7.19	סעיף 7.19 – מבוקש למחוק: "לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד תום" ולרשום במקום: "בתום".	הבקשה נדחית.
		7.19	סעיף 7.19 – מבוקש להחליף: "נספח ה" ב: "נספח ז'1"	הבקשה מקובלת.
97	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	7.19	מבוקש להחליף את המילים: "לא יאוחר מ 7 (שבעה) ימים" במילה: "טרם".	הבקשה נדחית.
98	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	7.21	סעיף 7.21 - מבוקש למחוק: "ו/או מי מהבאים מטעם לאומית" ולרשום במקום: "ו/או עובדיה ו/או מנהליה"	הבקשה נדחית.
99	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	7.23	סעיף 7.23 - מבוקש להוסיף לאחר המילה "לבצע" את המילים "ככל הניתן".	הבקשה נדחית.
		7.23	סעיף 7.23 - מבוקש להוסיף סיפא: " וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר המפקח על הביטוח בכל הנוגע לאישור ביטוח בנסח האחד"	הבקשה מקובלת.
100	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	7.25	מבוקש להבהיר כי מדובר בסכום קצוב ומוכח בלבד שהוציאה לאומית, ובכפוף להודעה בכתב לספק שתינתן לפחות 14 (ארבעה עשר) ימי עבודה מראש.	מוסכם כי יירשם 14 (ארבע עשר) ימי עבודה מראש.
101	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	7.28	מבוקש להסיר את המילים "לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני"	הבקשה נדחית.
102	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	8	מבוקש להפחית את גובה הערבות שהינה גבוהה ואינה סבירה ביחס להיקף ההתקשרות.	לא מקובל. הערבות הנדרשת הינה בגובה של 20,000 ₪ - מדובר בסכום סביר בהחלט.
103	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	9	מבוקש כי טרם סיום ההתקשרות, תינתן לספק זכות טיעון והזדמנות לתיקון.	הסעיף יוותר בעינו. כאמור בסעיף 9.1, תינתן לספק הזכות לתקן את ההפרה בתנאי הסעיף.
104	נספח ו':נסח הסכם ונספחיו	10.1	מבוקש להוסיף בסיפא "ואמנם לאומית לא תסרב, אלא מטעמים סבירים בלבד".	לא מקובל.
105	נספח ג' להסכם כתב התחייבות לשמירת סודיות		מבוקש להבהיר כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - המידע הוא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעו ו/או מכך הדין אינו חסוי; מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות; מידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	מקובל
106	נספח ז'(1) - נספח ביטוח		חבות מוצר	הבקשה נדחית.
107	נספח ז'(1) - נספח ביטוח		אחריות כלפי צד שלישי	מוסכם בה כי במקרה של ביטוח משולב, כמבוקש, יוכל גבול האחריות המשותף לכדי 4,000,000 ₪.
108	נספח ז'(1) - נספח ביטוח		בביטוח חבות המוצר – מבוקש לציין – "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד שלישי"	מוסכם בה כי במקרה של ביטוח משולב, כמבוקש, יוכל גבול האחריות המשותף לכדי 4,000,000 ₪.
109	נספח ז'(1) - נספח ביטוח		אחריות כלפי צד שלישי	הבקשה נדחית.
110	נספח ז'(2) - הצהרה על מתן פטור מאחריות	ב.1.	אין באמור בסעיף ובנספח ז'(2) כולו כדי להטיל על הספק ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין, וכי אין באמור בהם כדי לפטור את לאומית ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות המוטלת עליהם על פי דין.	הבקשה נדחית.
111	נספח ז'(2) - הצהרה על מתן פטור מאחריות		סעיף ב.1 – מבוקש למחוק: " ו/או מי מטעמו ו/או עבורנו"	הבקשה מקובלת.
112	נספח ז'(2) - הצהרה על מתן פטור מאחריות		סעיף ב.2 – מבוקש למחוק: "ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי" ולרשום במקום: "ומתחייבים לכלול בביטוח הרכוש ויתור על זכות התחלוף"	הבקשה מקובלת.
113	נספח ז'(2) - הצהרה על מתן פטור מאחריות		סעיף ב.3 – נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.
114	נספח ז'(2) - הצהרה על מתן פטור מאחריות	ב.4.	חובת השיפוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות את לאומית בגין סכומים שלאומית תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שלאומית תודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, תאפשר לספק להתגונן מפניה ותשתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.	הבקשה נדחית.
115	נספח ז'(2) - הצהרה על מתן פטור מאחריות		סעיף ב.5 – מבוקש למחוק: "ביטוח אחריות מקצועית" (לא נדרש במסגרת סעיפי הביטוח בהסכם)	הבקשה מקובלת, במקום המילים "אחריות מקצועית", יירשם "חבות המוצר".
116	נספח ז'(2) - הצהרה על מתן פטור מאחריות		סעיף ב.6 – מבוקש למחוק: "במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי ההסכם ועל פי כל דין" ולציין במקום: "במשך כל תקופת ההתקשרות ולמשך 5 שנים נוספות ממועד סיום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.