

פירוט	ניקוד מקסימלי לפרק	אופן בחינת המענה	אופן בדיקת הקריטריונים	דרישת המפרט	מס'ד
				איכות השרות הניתן ע"י הספק:	א
8	30		נסיון לאומית בחמש השנים האחרונות ו/או חוות דעת ממשתמשים אחרים בארץ	זמינות ומקצועיות השרות הטכני	1
8				זמינות ומקצועיות השרות האפליקטיבי	2
7				תקשורת עם היצרן	3
7				שתופי פעולה בין מעבדות בארץ שמשמשות באותו מכשיר: התייעצויות, דיונים על מקרים מיוחדים, סיעורי מוחין משותפים	4
				מכשיר(ים) כולל תוכנת ניהול המכשיר	ב
4	22		הערכה במסגרת האבלואציה	אופן גיבוי המידע: תוצאות נבדקים, בקרת איכות	5
4				נוחות השימוש בתוכנת המכשיר וקריאת פלט תוצאות	6
4				למכשיר המוצע יכולת התרעה על תקלות	7
10				הציוד המוצע פועל במשך שנה לפחות בבית חולים או מעבדה לצורך ביצוע הבדיקות נשוא מכרז זה בשגרה (תינתן עדיפות לציוד המוצע בישראל)	8
				בדיקות:	ג
4	30		הערכה במסגרת האבלואציה	תפוקות של המכשיר : זמן לביצוע בדיקה, מס' תוצאות עבור שעה	9
2				כמות הדגימות המקסימלית לביצוע ללא מעורבות עובד	10
4				תנאים פרה אנליטיים לדגימה	11
5				הדירות בהשוואה להצהרות יצרן	12
5				קורלציה בהשוואה למכשיר ייחוס	13
7				קורלציה אל מול יעדי בקרת איכות חיצונית באם נוכל להשיג דגימות מתוכניות ישנות	14
3				במכשיר המוצע מתבצעת חלוקה של החלבונים בסרום ל6 פרקציות: albumin, alpha1, alpha2, beta1, beta2, gamma	15
				תחזוקה ותפעול שוטף	ד
2	18		הערכה במסגרת האבלואציה	במכשיר המוצע קורא ברקוד מובנה המאפשר קריאת מספרי דגימות הנבדקים והריאגנטים	16
3				נוחות השימוש בראגנטים ובקרים	17
3				אפשרות החלפת/הוספת ריאגנטים תוך כדי עבודה	18
4				זמן נדרש ופעולות נדרשות לסגירת מכשיר בסוף יום עבודה	19
2				הערכת בטיחות העובד בשימוש שוטף	20
2				למכשיר המוצע מערכת המאפשרת תקשורת חד כיוונית למערכת ניהול מעבדות LabOS	21
2				אפשרות להחלפת שיטות עבודה בצורה מהירה	22