

**מכרז מס' 7498/26 להצבת ציוד לביצוע הפרדת חלבונים והמוגלובינים בשיטת אלקטרופורזה קפילרית כולל אספקת מתכלים, שירות ואחזקה**

**מענה לשאלות הבהרה**

מס"ד	מסמך	מספר סעיף	פירוט השאלה	מענה
	הבהרה מטעם לאומית	נספחים א-1 וד'	נספח א-1 - בדיקת איכות ונספח ד' - הצעת מחיר - מצ"ב נספחים מעודכנים	
	תנאים כלליים למכרז	4.4	<b>סעיף 4.4 יעודכן כדלקמן:</b> "מחיר לתקופת האופציה: יש להציע אחוז הנחה מהמחיר שנקב לתקופת ההתקשרות. המחיר המוצע לתקופת האופציה, לא ישוקלל במסגרת התחרות בין המציעים. מובהר כי המחיר יחייב את הספק הזוכה במהלך תקופת האופציה, אם תמומש כאמור. <b>סעיף 7.2.4 יעודכן כדלקמן:</b> "אם יתקיים הליך תחרותי נוסף כאמור בס"ק 7.2.1 או 7.2.2 לעיל, התחרות בין המציעים תיעשה לגבי תקופת ההתקשרות בלבד (5 השנים הראשונות, ללא האופציות). ההנחה לתקופת האופציה תחושב לפי האחוזים שנקבו בהצעה ביחס לתקופת האופציה מתוך המחיר המשופר לתקופת ההתקשרות".	
1	תנאים כלליים למכרז	1.6	מבוקש לשנות לנוסח הבא: "משך ההתקשרות עם הזוכה הינו 5 שנים או כאשר לאומית תשלם לספק סכום עבור אומדן הבדיקות השנתי כפול 5 שנים לא כולל מע"מ, לפי המוקדם מבין השניים".	לא מקובל
2	תנאי סף	2.1.4	נבקש לאפשר בתנאי הסף לציין לגבי בדיקות i- immunotyping ו-Haemoglobin variants בלבד, משתמש בציוד שפועל במשך שנה מחוץ לישראל	תנאי הסף 2.1.4 נשפוט יתר סעיפי המשנה לא ישתנה. התנאי ייבדק במסגרת בדיקת האיכות - ר' נספח א-1 מעודכן. בהתאם, בנספח ג, סעיף 5 בטבלה המת"חס לתנאי סף 2.1.4 יימחק.
3	תנאים כלליים למכרז	4.2	נבקש למחוק סעיף זה.	ר' נספח ד מעודכן.
4	תנאים כלליים למכרז	8.7	מבוקש לשנות לנוסח הבא: " ההתקשרות עם הזוכה תהיה למשך 5 שנים אשר תחילתה בחתימת הצדדים על הסכם זה או כאשר לאומית תשלם לספק סכום עבור אומדן הבדיקות השנתי כפול 5 שנים לא כולל מע"מ, לפי המוקדם מבין השניים".	לא מקובל
5	נספח א'-2: דרישות שירות	1	מבוקש לשנות במקום "תמיכה טכנית, הדרכה ותיקונים" ל "תמיכה טכנית, תמיכה אפליקטיבית ותיקונים". הדרכה תינתן במועד שיקבע מראש בהתאם לזמינות מול הלקוח.	מקובל
6	נספח א'-2: דרישות שירות	4	מבוקש לשנות במקום " הספק יבצע את כל הטיפולים השוטפים ואת כל הטיפולים המונעים" ל-" הספק יבצע את כל הטיפולים שאינם באחריות המשתמש בהתאם להוראות היצרן ואת כל הטיפולים המונעים"	מקובל
7	נספח א'-2: דרישות שירות	6.1	נבקש לשנות כך שבמקרה של תקלה חמורה טכנאי יתייצב במעבדה תוך 4 שעות מרגע פתיחת קריאה.	מקובל
8	נספח א'-2: דרישות שירות	6.1	מבוקש לשנות ל " על הטכנאי להתייצב תוך 4 שעות מהקריאה"	מקובל
9	נספח א'-2: דרישות שירות	6.2	בתקלה בעלת חומרה נמוכה יותר נבקש לשנות כך שהתיאום יהיה מול נציג לאומית ובהתאם לדחיפות עד 24 שעות מפתיחת קריאה.	מקובל
10	נספח א'-2: דרישות שירות	6.2.1	מבוקש לשנות ל " קריאה עד השעה 11:00"	מקובל
11	נספח א'-2: דרישות שירות	6.2.2	מבוקש לשנות ל " קריאה עד השעה 11:00"	מקובל
12	נספח א'-2: דרישות שירות	6.3	מבוקש לשנות ל "שהמכלול ישוב לפעילות מלאה של כל המודולים בתוך 48 שעות מקבלת הקריאה"	לא מקובל, ראה סעיף 6.4 למקרים מיוחדים
13	נספח א'-2: דרישות שירות	6.4	מבוקש לשנות ל " היה והתקלה לא תוקנה תוך 48 שעות מקבלת הקריאה, או 72 שעות באם ניתנה ארכה נוספת של 24 שעות על ידי מנהל אגף המעבדות"	לא מקובל
14	נספח ד': הצעה כספית	כללי	נבקש הבהרה האם הזמנות לאומית יהיו בש"ח ומידי תקופה יהיה חישוב של הפרשי שער על ידי לאומית? או שהזמנות לאומית יהיו במט"ח שתורגם מש"ח לפי השער היציג במועד החתימה על הסכם ההתקשרות?	עד לעדכון המחירים כאמור בסעיף 12.1 לנספח ד' הזמנות יהיו בש"ח, בהתאם להצעת המחיר. החל מהמועד בו יחושבו הצמדה והפרשי שער, ההזמנות יופקו במט"ח שיתורגם מש"ח כאמור בסעיף זה. <b>סעיף 12.1 סיפא יעודכן כדלקמן:</b> " הפרשי השער יחושבו בהתאם לשער היציג במועד כל תשלום ותשלום לעומת השער היציג שנקוב המציע בנספח ד', על פיו הוגשה הצעתו או, על פי השער היציג במועד חתימת לאומית והספק הזוכה על הסכם ההתקשרות אם לא נקב שער בהצעת המחיר". <b>במסמך התנאים הכלליים - סעיף 4.7 הצמדה והפרשי שער - יש טעות טכנית במספור. מספרי סעיפי המשנה ישונו ל- 4.7.1 - 4.7.4.</b>
15	נספח ד': הצעה כספית	2	נבקש למחוק סעיף זה ועמודה בטבלה "מחיר גג לתוצאה מדווחת בש"ח במהלך תקופת ההתקשרות"	ר' נספח ד' מעודכן.
16	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	7.1	נבקש להוסיף אחרי המילה "אחראי" את המילים "על פי דין", לאחר המילה "נזק" את המילה "ישייר" ובושרה האחרונה בהגדרה של המונח "נזק" לציין שמדובר בנזקים ישירים	לא מקובל
17	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	7.2	נבקש להוסיף אחרי המילים "אחראי לבדו" את המילים "על פי דין"	לא מקובל
18	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	7.3	נבקש להוסיף אחרי המילה "הוצאה" את המילים "ישירה"	לא מקובל
19	נספח 4 : ביטוח	2.2	נבקש למחוק את הסעיף	לא מקובל

מקובל	נבקש להוסיף: גבול אחריות של 250,000 דולר לקוד 325 גבול אחריות של 50,000 דולר לקוד 326 להוסיף את המכוסה תחת הפוליסה" בקוד 327	אחריות מקצועית	נספח 4א: אישור ביטוחי הספק	20
-------	---	-------------------	-------------------------------	----