

מכרז מס' 7460/24 להצבת ציוד לביצוע בדיקות פוריות, כולל אספקת ערכות בדיקה, מתכלים, שירות ואחזקה				
מענה לשאלות הבהרה				
מס"ד	מסמך	מספר סעיף	פירוט השאלה	מענה
1	נספח ד': טופס הצעה כספית		הבהרה מטעם לאומית - עדכון מחיר הגג	סה"כ מחיר גג שנתי לתוצאות מדווחות בש"ח במהלך תקופת ההתקשרות (ללא מע"מ)יעודכן ל- 740,000 ₪. מצ"ב נספח ד מתוקן.
2	כללי		לצורך מענה על סעיף 1.11.7 בתנאים הכלליים - התאמה לתשתיות לאומית, וכן על מנת שניתן יהיה להתחייב על סעיף 3.3.4 בהסכם ההתקשרות - נבקש אפשרות לבצע סיור במעבדות	סיור (לא חובה) במעבדת אור יהודה יבוצע ביום ב', 23.9.24 בשעה 10:00 ובמעבדת חיפה ביום ד', 25.9.24 בשעה 11:00.
3	תנאים כלליים למכרז	1.2.1	כיום קיימת במעבדה באור יהודה מערכת לבדיקות אימונוכימיה הכוללת מאבחנים המתאימים לדרישות המכרז. נבקש לדעת האם ניתן להשתמש במכשירים הנ"ל תוך הסבתם לתצורה המבוקשת stand alone בהתאם לדרישות סעיף 1.2.1 לתנאים הכלליים, כך שהתצורה הסופית תוכל לספק פתרון הן לבדיקות הקיימות היום והן לדרישות המכרז.	ע"פ שיקול דעתנו המקצועי לא ניתן לבצע את הפתרון המבוקש באופן שיתן מענה לבדיקות המבוצעות היום ולבדיקות נשוא המכרז
4	תנאים כלליים למכרז	1.5	נבקש להבהיר מהן דרישות לאומית ומה מצופה בשלב ההדרכה הראשונית (כמות משתתפים, משך זמן וכו').	יודרכו 1-5 עובדים בכל מעבדה. משך הזמן הנדרש יהיה עד להבאת העובדים ליכולת תפעול עצמאית של המערכת
5	תנאים כלליים למכרז	1.11.7	התקנת הציוד דורשת התאמות סטנדרטיות של חיבור לחשמל, מים, ביוב, תקשורת וכד'. על מנת שנוכל לציין מה הן ההתאמות הנדרשות לתשתיות הקיימות במעבדותיכם, עלינו לבצע סיור באתרים (כפי שביקשנו בשאלתנו לעיל)	ראה מענה לשאלה מס"ד 2
6	תנאים כלליים למכרז	1.11.7	נבקש לקבל את שרטוט החלל המבוקש כולל התשתיות הקיימות בו לטובת בחינת התאמת השטח לציוד בשתי המעבדות הרלוונטיות	ראה מענה לשאלה מס"ד 2
7	תנאים כלליים למכרז	1.11.7	נבקש לקיים סיור ספקים על מנת לבחון את התשתיות בשני האתרים הרלוונטיים.	ראה מענה לשאלה מס"ד 2
8	תנאים כלליים למכרז	1.12.5	מבוקש להסיר או לאשר כחלופה המצאת אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת העתקי הפוליסות עצמן	לא מקובל
9	תנאים כלליים למכרז	1.13	נבקש להאריך את משך זמן ההפעלה המלאה ל75 יום	מקובל. הסעיף ישונה כדלקמן: "ויובהר כי בכוונת לאומית להביא את הציוד של הספק הזוכה לכלל פעולה מלאה (כולל תיקוף הציוד, חיבור למערכות מידע של לאומית וכו') לא יאוחר מביתוך 75 ימים מיום מתן הודעה לספק הנוכחי של לאומית על..."
10	תנאים כלליים למכרז	1.13 / 8.2	מבוקש לציין כי להערכתנו הזמן שיידרש לחברתנו להתקנת הציוד והבאתו לכלל פעולה מלאה (כולל תיקוף הציוד וחיבור למערכות המידע של לאומית) עומד על כ- 8 שבועות. לפיכך, נודה שלאומית תתחשב בפרק זמן זה למתן ההודעה לספק של הציוד הנוכחי	ר' תשובה לשאלה מס"ד 9. כמו כן, סעיף 8.2. ישונה כדלקמן: "מציע שיקבל הודעת זכייה ידרש להציב את יתר הציוד שהציע במעבדות ולהביאו לתפעול מלא כאמור בסעיף 1.13 לעיל"
11	תנאים כלליים למכרז	1.13	נבקש להאריך את פרק הזמן המצוין בסעיף מ- 60 יום ל- 90 יום	ר' תשובה לשאלה מס"ד 9.
12	תנאים כלליים למכרז	3.2	נבקש להבהיר באיזה שרטוט מדובר שכן הדרישה הינה למכשירי STAND ALONE, במידה ומדובר בשרטוט מיקום המכשירים בחלל הנבחר, נבקש לקבל את שרטוט החלל.	המשפט "נדרש להגיש שרטוט" יימחק.
13	תנאים כלליים למכרז	4.4	נבקש לדעת על כמה מדפסות מדובר. האם כולל טונרים? דפים? - אנא פרט	עד 2 מדפסות, ככל שסופק הדגם שידרש ע"י לאומית לא יהיה צורך באספקת טונרים. דפים לא נדרש לספק
14	תנאים כלליים למכרז	4.9.2	נבקש להבהיר באיזה עדכון מחירים מדובר	עדכון המחירים המפורט בסעיף 4.9.1
15	תנאים כלליים למכרז	7.2.1	מבוקש לשנות ל- "להציב בתוך 8 שבועות..." ולהוסיף "בכפוף לכח עליון ו/או מצב בטחוני"	מקובל באופן חלקי. ההצבה תיעשה בתוך 8 שבועות מיום קבלת ההודעה. לא מקובלת הבקשה הנוגעת לכח עליון או מצב בטחוני.
16	תנאים כלליים למכרז	7.2.1	נבקש לשנות את פרק הזמן מ-5 שבועות ל-8 שבועות	ר' תשובה לשאלה מס"ד 15.
17	תנאים כלליים למכרז	7.2.2	נבקש לקבל את מספר הבדיקות שמתוכננות להתבצע במהלך תקופה זו (45 יום) לטובת תיקוף המערכת	לכל מכשיר נדרשים מתכלים וכו' לביצוע 300 בדיקות מכל סוג. אם יהיו תקלות ידרשו מתכלים וכו' להשלמת 300 הבדיקות כאמור.
18	תנאים כלליים למכרז	7.2.2	על מנת שנדע להיערך עם כמויות ריאגנטים מספקות, נבקש לקבל את פרוטוקול אבולוציה.	לא ימסר פרוטוקול אבולוציה, ראה מענה לשאלה מס"ד 17
19	תנאים כלליים למכרז	7.2.6	נבקש להסב את תשומת לבכם כי במידה ואף מציע לא יגיע לציין מינימלי של 75 נקודות לא תהיה משמעות להורדת ציון הסף ל-80, נבקש להבהיר סעיף זה.	נפלה טעות סופר. יעודכן כדלקמן: "לאומית רשאית, אך לא חייבת, להפחית את הציון להשתתפות בשלב הזני עד ל- 80 נקודות, אם לא יהיה מציעאחד לפחות אשר ישיג ציון 88 נקודות".
20	תנאים כלליים למכרז	7.12	נבקש להדגיש כי משך הזמן ייחשב ממועד סיום התאמת תשתיות נדרשות ואישורי הצבה	סעיף 7.12 לא קיים במסמכי המכרז
21	תנאים כלליים למכרז + נספח ג' תצהיר המציע + הסכם	8.8 13 10.2	מבוקש כי חילוט ערבות, ככל שיעשה, יהא בהלימה לגובה הנזק שנגרם בפועל.	חילוט ערבות המכרז וחילוט ערבות הביצוע ייעשו בהתאם לדין.
22	נספח א-1: קריטריונים לבחינת איכות הפתרון המוצע	כללי	נבקש להבין בסעיפים השונים על בסיס איזה מדדים יינתן הציון היחסי לכל סעיף, מה הקריטריון הבסיסי שעל פיו ניתן לקבל את הציון המקסימלי בכל סעיף	המדדים מפורטים בטבלה, אופן בדיקת כל סעיף מפורט גם הוא, הציון הגבוה ביותר לכל סעיף ינתן לחלופה הטובה ביותר
23	נספח א-1: קריטריונים לבחינת איכות הפתרון המוצע	12	מבקשים להוסיף בסוף המשפט "תוך התחשבות בערכי הייחוס בכל פלטפורמה"	מקובל

24	נספח א-1: קריטריונים לבחינת איכות הפתרון המוצע	20	מבקשים להתחשב בסעיף זה בתוכניות בקרת איכות חיצונית נוספות, כגון BioRad EQAS	מקובל
25	נספח א-2: דרישות שירות	6.2	נבקש להבהיר כי השירות יינתן בימים א'-ה'. בשעות 8:00 עד 17:00. כמו כן, נבקש להוסיף כי - "במידה והקריאה מתקבלת אחרי השעה 13:00, הטיפול יועבר ליום העבודה הבא"	שעות פעילות המוקד, יהיו כמפורט בסעיף 7, בין השעות 8:00 - 17:00. סעיף 6.2 לא ישונה.
26	נספח א-2: דרישות שירות	2	אנא הבהירו האם במונח "מתכלים" הכוונה גם לערכות הבדיקה (הריאגנטים)?	כן, כולל ראגנטים וכל הדרוש לביצוע הבדיקות
27	נספח א-2: דרישות שירות	2	מבקשים לשנות אחרי המילים "אצווה ועם תוקף" ל- "הכי ארוך שניתן"	מקובל. תשומת לב הספקים לאמור בסעיף 10 לנספח א-2
28	נספח א-2: דרישות שירות	2	נבקש הבהרה לאילו חומרים מוגדרים כ"מתכלים"?	כלל החומרים הנדרשים לביצוע בדיקה
29	נספח א-2: דרישות שירות	2	נבקש לבטל את הדרישה למלאי של שנה עבור המתכלים, או לחילופין לשנות את הדרישה לתוקף קצר יותר.	ר' תשובה לשאלה מס' 27.
30	נספח א-2: דרישות שירות	3	נבקש לסייג את זמן האספקה למקרים בהם יש עיכובים בזמני משלוח	לא מקובל, הספק נדרש לשמור מלאי שיאפר ללאומית לשמור על רצף עבודה ובהתאם לסיכום שיושג כאמור בסעיף 10 לנספח א-2
31	נספח א-2: דרישות שירות	3	נבקש לשנות את הדרישה להחליף את החלקים ל- "להחליף את כל החלקים תוך 72 שעות ובכפוף לקיומן במלאי היצרן"	לא מקובל, על הספק להחזיק מלאי חלפים שיאפשר ללאומית לשמור על רצף עבודה.
32	נספח א-2: דרישות שירות	4	נבקש להבהיר שהטיפולים השוטפים והמונועים וכל הפעילות היזומה על ידי הספק יתבצעו בשעות הפעילות (8:00-17:00) ימים בימים א'-ה'. כמו כן, מתבקשת הבהרה כי הסעיף מתייחס לפעולות הנעשות על ידי מהנדס השירות בהתאם להוראות היצרן ולא לפעולות הנעשות על ידי מפעיל המערכת (כמפורט בהוראות היצרן).	שעות הטיפול המבוקשות לא מקובלות. נוסח הסעיף יותר בעיני. אכן מדובר על פעולות שע"פ הוראות היצרן יבוצעו ע"י הספק
33	נספח א-2: דרישות שירות	6.1	נבקש לשנות את פרק הזמן ל - 4 שעות ככל שאכן התקלה מצריכה התייבבות טכנאי. כמו כן, מתבקשת הבהרה כי פרק הזמן הקבוע להתייבבות טכנאי מתייחס לשעות הפעילות (8:00-17:00). קריאות שיתקבלו החל מהשעה 13:00 יטופלו ביום העבודה הבא.	לא מקובל אך לתשומת הלב מדובר במקרים של תקלה חמורה המשביתה את פעילות הציוד. לגבי השעות ראה מענה לשאלה מס' 25 (קריאות שיתקבלו עד לשעה 14:00 יטופלו ביום העבודה הבא)
34	נספח א-2: דרישות שירות	6.1	נבקש לשנות את הגעת הטכנאי לאחר במקום לאחר שעתיים ל-עד 4 שעות וזאת בתיאום עם נציג המעבדה, החברה תעשה ככל שביכולתה להגיע בזמן המינימלי.	לא מקובל. ר' תשובה לשאלה מס' 33.
35	נספח א-2: דרישות שירות	6.2	נבקש לשנות את הגעת הטכנאי לאחר במקום לאחר שעתיים ל-עד 4 שעות וזאת בתיאום עם נציג המעבדה, החברה תעשה ככל שביכולתה להגיע בזמן המינימלי.	סעיף 6 יותר בעיני. ההגעה תבוצע כמפורט בסעיף, לפי חומרת התקלה.
36	נספח א-2: דרישות שירות	6.2.1	נבקש לשנות לשעה 13:00. קריאות שיתקבלו לאחר השעה 13:00 יטופלו באותו יום או בתחילת יום העבודה הבא.	לא מקובל
37	נספח א-2: דרישות שירות	6.2.2	נבקש לשנות לשעה 13:00	לא מקובל
38	נספח א-2: דרישות שירות	6.3	נבקש למחוק דרישה לתיקון תוך 24 שעות. לא ניתן להתחייב לפרק זמן בלי לדעת מה התקלה. ניתן לקבוע מנגנון של עדכון על מצב הטיפול בתקלה כל 6 שעות.	לא מקובל, ראה את הסיפא לסעיף
39	נספח א-2: דרישות שירות	6.4	מתבקשת הבהרה ששתי מעבדות לאומיות יהיו גיבוי אחת לשניה. במקרה ששתי מעבדות לאומיות לא עובדות, נבקש שההחלטה על המעבדה החלופית תיעשה בהחלטה משותפת עם הספק.	ההחלטה תעשה ע"י מנהל אגף המעבדות. העברת הבדיקות למעבדה חיצונית תבוצע רק כמוצא אחרון
40	נספח א-3: דרישות בטיחות	7	האם ללאומית ישנו קונסטרוקטור ייעודי לעניין אישורי הצבה והתאמות מבניות או שעל הספק להביא מי מטעמו לנושא	ככל שיידרש, הספק יביא איש מקצוע מטעמו ועל חשבונו
41	נספח א-3: דרישות בטיחות	11.3	נבקש למחוק דרישה זו. אופן העסקת העובדים על ידי הספק אינה רלוונטית להתקשרות.	מקובל ובלבד שהעובד מודרך ומוסמך ע"י הספק
42	נספח א-4: דרישות אבטחת מידע	סעיפים: 1.4 6.1 6.4	מבוקש כי ככל שיהיה עדכון עתידי בדרישות – ככל שיהיה בכך כדי להשית על הספק עלויות נוספות, שלא נלקחו בחשבון בעת הגשת ההצעה (משאינן ידועות בשלב זה) – יוכל הספק להציג בפני המזמין והדבר יילקח בחשבון במסגרת התמורה שניתנת לו.	לא מקובל, אלא אם מדובר בדרישות שמטילות על הספק עלויות חריגות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של לאומית.
43	נספח א-4: דרישות אבטחת מידע	4	אנא הבהירו כי כל דרישות אבטחת המידע הרלוונטיות להתקשרות מפורטות בנספח זה בלבד	הדרישות המפורטות בנספח זה + עמידה בתקן ISO-27001 על כל דרישותיו
44	נספח א-4: דרישות אבטחת מידע	6.4	נבקש לקבל את הנחיות אבטחת המידע של לאומית, נכון ליום המכרז.	ההנחיות המבוקשות אינן רלוונטיות עבור מכרז זה מכיוון שמידע של לאומית לא ישמר אצל הספק. סעיף 6.4 יימחק.
45	נספח ג': תצחיר המציע	7	שורה 1 – במקום המילים "הוראות הביטוח" מבוקש לכתוב "נספח אישור קיום הביטוח".	
46	נספח ג-2: הצהרת היצרן		נבקש לאשר את הנוסח בקובץ המצורף	

47	נספח ג-2: הצהרת היצרן		במקרה בו הספק הינו חלק מקבוצת היצרן, נבקש לאפשר את השימוש בנוסח ההצהרה הרצ"ב: נוסח זה אושר על ידי הגורמים הרלוונטיים בלאומית בעבר והובהר שיעשה בו שימוש למכרזים עתידיים: Date _____ TO WHOM IT MAY CONCERN Dear Sir/Madam Manufacturer Confirmation 1. We, _____, part of the _____ Group companies, the manufacturer of the products offered by the supplier in tender no. _____ (the "Manufacturer" and the "Tender", respectively), hereby state and confirm the following: 2. _____ (the "Supplier") is part of the Manufacturer and is an authorized distributor of Manufacturer's products in Israel. 3. The Supplier has the full authorization to supply the said equipment and supplies, and service them to Leumit Health Fund ("Leumit") as detailed in the Tender. 4. The Manufacturer shall provide the Supplier with all know-how, training, equipment, supplies, spare parts, manpower to install, operate, maintain and service the equipment and supplies and to fix all problems which may occur during the term of the contract, and the specified extended optional periods. 5. In the event, that for any reason, the Supplier will not be able to provide the goods and services under this Tender and contract, the Manufacturer will take the responsibilities and commitments of the Supplier according to the terms of the Tender and contract, and continue to provide them directly to Leumit either by different local entity in Israel or by another affiliate of The Manufacturer.	כלל שהמזיע הינו היצרן/חלק מקבוצת היצרן, ניתן להגיש נוסח זה. סעיף 3.4 ישונה כך שייכתב כדלקמן: "הצהרת היצרן - המזיע נדרש לצרף להצעתו הצהרת יצרן בנוסח המצורף כנספח ג-2 למסמכי המכרז. כלל שהמזיע הינו היצרן/חלק מקבוצת היצרן, המזיע נדרש לצרף להצעתו הצהרת יצרן בנוסח המצורף כנספח ג-2.1". נספח ג-2.1 מצורף.
48	נספח ד': טופס הצעה כספית		הטבלה כוללת תקרה של 660,000 ש"ח לשנה (לפני מע"מ). אנו מבקשים לבטל את ההגבלה. כמו כן, מתבקשת הבהרה כיצד חושב ערך זה.	ר' ההברה מטעם לאומית המפורטת במס"ד 1.
49	נספח ד': טופס הצעה כספית	11.1	נבקש להוסיף, במסמכי ההגשה המבוקשים, שדה ייעודי לציון שער חליפין של המט"ח, שאליו תוצמד ההצעה השקלית	תשומת לבכם שבנספח ד על המציעים לציון את סוג המטבע (דולר או אירו) לפיו חושבה ההצעה. ההצמדה תיעשה לאותו מטבע. באשר לשער החליפין - נוכח האמור בתשובה לשאלה מס"ד 51, הסיפא לסעיף 11.1 בנספח ד' תתוקן כדלקמן: "הפרשי השער יחושבו בהתאם לשער היציג במועד כל תשלום ותשלום לעומת השער היציג הידוע במועד תחילת ההתקשרות בין הצדדים, שהינו תחילת העבודה הרוטينية עם הציוד, בהתאם להודעת לאומית לספק שאינה ניתנת לערעור". נספח ד מתוקן מצורף. סעיף 5.3.1 בנספח ו' יתוקן בהתאם.
50	נספח ה': הליך תחרותי נוסף ממוכן ומתפתח	3.2	נבקש לציון מה הן מדרגות ההזלה	המדרגות יקבעו ע"י לאומית לפני תחילת ההליך ויימסרו למציעים.
51	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	4.1	מבקשים לשנות את מועד תחילת ההסכם (5 שנים) "מתחילת העבודה הרוטينية עם הציוד"	מקובל ובהתאם להודעת לאומית לספק שאינה ניתנת לערעור על ידי המזיע.
52	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	4.3	האם הכוונה להפנות לסעיף 10	אכן, נפלה טעות סופר, יעודכן לסעיף 10
53	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	5.3.2	הסעיף לא ברור. נבקש להבהיר את הסעיף בליווי דוגמה	עם תחילת ההסכם לאומית תשלם לספק לפי המחיר השקלי שנקב לכל בדיקה. בשנה העוקבת לשנה שאחרי תחילת ההסכם (כלומר, אם ההסכם החל בשנת 2025 מדובר על תחילת 2027) מחירי הבדיקות יומרו למט"ח והתשלום יוצמד למט"ח ליתר ההסכם. דוגמה - מחיר בדיקה ננקב על 3.76 ₪ לפי שער דולר של 3.76 - התרגום כאמור יהיה ל- 0.7\$ ובהתאם ההצמדה.
54	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	5.10	נבקש להוסיף בסעיף זה כי "ובתנאי שבדיקות אלה לא יבוצעו בשימוש בטכנולוגיות או ספקים מתחרים"	לאומית לא תבצע את הבדיקות נשוא המכרז/הסכם זה לאורך תקופת ההתקשרות באמצעות ספק אחר, למעט במקרים בהם היא זכאית לעשות כן לפי תנאי המכרז/הסכם.
55	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	7.1	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי המיל אחראי בשורה הראשונה.	לא מקובל.
56	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	7.2	מבוקש כי ככל אשר לגורם אחר ישנה אחריות לנזק במשותף אם הספק, יישא כל גורם באחריותו בהתאם לנסיבות.	לא מקובל. ר' תשובה לשאלה מס"ד 33.
57	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	7.2	בשורה הראשונה במקום המילה לבדו יכתב "ע"פ דין". כמו כן, נבקש למחוק את המילה "חמורה" בשורה האחרונה.	לא מקובל.
58	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	7.4	מבוקש לקבוע כי הוצאות כספיות סבירות הקשורות עם יידוע הספק בתביעה/דרישה ושיתוף פעולה עמו, לא ימנעו מלהודיע לספק על התביעה/הדרישה כמפורט בסעיף.	הסעיף יוותר בעינו.

59	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1	מבוקש להחליף את המילים: "על חשבוננו" במילים: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו" וכן מבוקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולענין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר למשך 3 שנים נוספות מתום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
60	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.1	מבוקש להבהיר כי מדובר בפוליסה משולבת צד ג' חבות המוצר ואחריות מקצועית בגבולות אחריות משותפים	מקובל. במקרה שכזה יש להכפיל את גבול האחריות המשולב לכדי 8,000,000 ₪.
61	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.2	מבוקש לאשר כחלופה גבולות אחריות במטבע דולרי של 5 מיליון דולר למקרה ולתקופה	הבקשה מקובלת "הגדלת גבול האחריות" במקרה של "חלופה".
62	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.3	ביטוח אחריות מקצועית – נבקש להוסיף כי משולב עם ביטוח חבות מוצר	מקובל ובמקרה שכזה יש להכפיל את גבול האחריות המשולב לכדי 8,000,000 ₪.
63	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.3 (r)	מבוקש לתקן ולציין כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה יוחזק לתקופה נוספת של שנה אחת בלבד לאחר תום תקופת ההסכם	הבקשה נדחית.
64	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.3 (r)	מבוקש להחליף את המילים: "כל עוד... על נספחיו" במילים: "למשך 3 שנים נוספות מתום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
65	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.3 (n)	מבוקש למחוק את הסעיף	הבקשה מקובלת.
66	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.3 (n)	מבוקש להסיר. מבוקש להמציא אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת הפוליסה.	הבקשה נדחית בכפוף לאמור בסעיף 1.12.5 "ביטוחי המציעים" עמ' 5.
67	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.4	מבוקש להבהיר כי מדובר בפוליסה משולבת צד ג' חבות המוצר ואחריות מקצועית בגבולות אחריות משותפים	מקובל ובמקרה שכזה יש להכפיל את גבול האחריות המשולב לכדי 8,000,000 ₪.
68	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.4	ביטוח חבות מוצר- נבקש להוסיף משולב עם ביטוח אחריות מקצועית	מקובל ובמקרה שכזה יש להכפיל את גבול האחריות המשולב לכדי 8,000,000 ₪.
69	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.4 (ה) ו- (i)	מבוקש להסיר הואיל ומדובר בפוליסה שנערכת על בסיס אירוע	במקרה של פוליסה הנערכת על בסיס אירוע, ניתן לקבל את הבקשה.
70	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.1.4 (i)	מבוקש להחליף את המילים: "כל עוד... על נספחיו" במילים: "למשך 3 שנים נוספות מתום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
71	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.2.2	מבוקש להסיר או לאשר כחלופה המצאת אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת העתקי הפוליסות עצמן	הבקשה נדחית בכפוף לאמור בסעיף 1.12.5 "ביטוחי המציעים" עמ' 5.
72	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.2.2	מבוקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית בכפוף לאמור בסעיף 1.12.5 "ביטוחי המציעים" עמ' 5.
73	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.3	מבוקש להחליף את המילה: "כלפי" במילה: "בגין"	הבקשה נדחית, ניתן להוסיף את המילה "בגין".
74	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.5	מבוקש להחליף את המילים: "כל עוד... על נספחיו" במילים: "למשך 3 שנים נוספות מתום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
75	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.5	לענין ביטוח חבות המוצר מבוקש להסיר הואיל ומדובר בפוליסה על בסיס אירוע	במקרה של פוליסה הנערכת על בסיס אירוע, מקובל.
76	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.7.1	מבוקש להסיר.	הבקשה נדחית.
77	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.7.1	מבוקש למחוק	הבקשה נדחית.
78	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.7.2	מבוקש להחליף את המילים: "בסעיף 8 זה... (נספח 4)" במילים: "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
79	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.7.3	מבוקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית.
80	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.7.3	מבוקש להבהיר כי דרישות הביטוח לגבי קבלת משנה יותאמו בכפוף להיקף ומהות ההתקשרות/השירותים/העבודות המסופקים.	הבקשה נדחית.
81	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.8	מבוקש כי שיפוי כאמור יעשה בכפוף למנגנון המפורט בסעיף 7.4	הבקשה נדחית.
82	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.10	מבוקש להחליף את הספרות 60 ב 30	הבקשה מקובלת.
83	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.12	נבקש להחליף את המילה "לרבות" בשורה החמישית בסוגריים ל"למעט". במידה ורכוש הספק נפגע כתוצאה מרשלנות לאומית ו/או מי מטעמה, הפטור האמור לא יחול על סך ההשתתפות העצמית של הספק.	הבקשה נדחית.
84	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.13	מבוקש להחליף את המילים: "כל עוד... על נספחיו" במילים: "למשך 3 שנים נוספות מתום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
85	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.13	לענין ביטוח חבות המוצר מבוקש להסיר הואיל ומדובר בפוליסה על בסיס אירוע.	במקרה של פוליסה הנערכת על בסיס אירוע, מקובל.

86	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.14	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "כל עוד אינו מהווה ניגוד עניינים"	הבקשה נדחית, הסעיף כולל את המבוקש.
87	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.15	מבוקש כי שיפוי ינתן כנגד הוצאה סבירה שהוצאה בפועל.	הבקשה נדחית.
88	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.16	מבוקש למחוק את המילים: "ו/או פיצוי"	הבקשה מקובלת.
89	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.17	מבוקש למחוק את המילים: "לא יאוחר מ 14 ימים וכן מבוקש למחוק את המילים: "העתקים מפוליסות הביטוח לרבות את"	הבקשה מקובלת.
90	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.17	שורה 1 – מבוקש להסיר המילים " לא יאוחר מ – 14 (ארבע עשר) ימים ממועד". במקום מבוקש לכתוב "עם".	הבקשה מקובלת.
91	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.20	מבוקש למחוק את המילים: "את פוליסות הביטוח לרבות"	הבקשה מקובלת.
92	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	8.25	נבקש להבהיר כי ביחס לפוליסת הרכוש של הספק, במידה והנזק נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של לאומית ו/או מי מטעמה, ההשתתפות העצמית בפוליסה תחול על לאומית. נבקש לשנות את הסעיף לנסח הבא:	הבקשה נדחית.
93	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	10.1.1	באם רישומי האיוכות המצטברים של הציוד והבדיקות שיתבצעו באמצעותו במהלך התפעול השוטף, לא יתאימו להצהרת היצרן, לדרישות האיוכות, השירות והתפעול המפורטות בהסכם זה ובנתונים שהוצגו על ידי הספק במסגרת המכרז, והשירות והאיוכות לא ישופרו חרף הודעה בכתב מצד לאומית 30 יום מראש.	לא מקובל
94	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	10.1.7	מבוקש להוסיף לאחר המילים "אינה נכונה" את המילים "ויש בכך כדי להשפיע על קיום ההתקשרות".	לא מקובל.
95	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	10.2	בשורה השניה נבקש לשנות ל- 7 ימי עבודה	לא מקובל
96	נספח ו': נוסח הסכם התקשרות	12.2	נבקש להחריג את מסמכי המכרז מהקביעה בסעיף	מסמכי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מההסכם.
97	נספח 4 להסכם: אישור ביטוח' הספק		אישור ביטוח: פוליסת אחריות מקצועית משולבת עם חבות מוצר פירוט השירותים – יש להחליף את קוד 005 שאינו רלוונטי לקוד	הבקשה מקובלת.
98	נספח 4 להסכם: אישור ביטוח' הספק		ביטוח צד ג' – מבוקש להבהיר כי מדובר בביטוח משולב עם חבות מוצר ואחמ"ק (נזקי גוף ורכוש בלבד).	בקשת ההבהרה מקובלת.
99	נספח 4 להסכם: אישור ביטוח' הספק		ביטוח חבות מעבידים מבוקש לאשר גבול אחריות של \$5,000,000 במקום 20,000,000 ₪	הבקשה מקובלת.
100	נספח 4 להסכם: אישור ביטוח' הספק		ביטוח אחריות מקצועית – מבוקש לא לציין ת.רטר.	בכל מקרה של ביטוח על בסיס תסיעה, יש לציין מועד תחולה רטרואקטיבי.
101	נספח 4 להסכם: אישור ביטוח' הספק		ביטוח חבות המוצר - מבוקש להבהיר כי מדובר בביטוח משולב עם חבות מוצר ואחמ"ק (נזקי גוף ורכוש בלבד).	בקשת ההבהרה מקובלת.
102	נספח 4 להסכם: אישור ביטוח' הספק		מבוקש להסיר קוד 332 הואיל ומדובר בפוליסה ע"ב אירוע.	במקרה של פוליסה הנערכת על בסיס אירוע, מקובל.
103	נספח 4 להסכם: אישור ביטוח' הספק		קודי השירותים – מבוקש להסיר קוד 5 ובמקומו לציין קודים 46+88.	ניתן לקבל את הבקשה ולהוסיף קודים 46 ו- 88.
104	נספח 6 להסכם: כתב התחייבות לשמירה על סודיות	4	בסוף הסעיף נבקש להוסיף "העברת מידע ליצרן המערכות לא תחשב כמסירת מידע בהתאם לנספח זה".	מקובל, ככל שהעברת המידע ליצרן המערכות נדרשת ולאחר קבלת אישור לאומית לכך מראש ובכתב.
105	נספח 6 להסכם: כתב התחייבות לשמירה על סודיות	8	מבוקש כי ככל שיהיה עדכון עתידי בדרישות – ככל שיהיה בכך כדי להשית על הספק עלויות נוספות, שלא נלקחו בחשבון בעת הגשת ההצעה (משאינן ידועות בשלב זה) – יוכל הספק להציג בפני המזמין והדבר ילקח בחשבון במסגרת התמורה שתנתן לו.	לא מקובל, אלא אם מדובר בדרישות שמטילות על הספק עלויות חריגות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של לאומית.
106	נספח 6 להסכם: כתב התחייבות לשמירה על סודיות	12	נבקש למחוק את המילה "ולפצות" מבוקש כי שיפוי כאמור בסעיף יעשה בכפוף למנגנון המפורט בסעיף 7.4	לא מקובל.