

מכרז מס' 7472/24 לרכש יחידת עבודה דנטאלית (יוניט) למרפאות שיניים				
מענה לשאלות הבהרה				
מס"ד	מסמך	מספר סעיף	פירוט השאלה	מענה
1	תנאים כלליים למכרז	8.4	אין הלימה בין הספרות לכתב. 35,000 ₪ ? או 50,000 ₪	טעות סופר. ניסוח מתוקן: 8.4 "מציע אשר הצעתו תיבחר כזוכה, יתקשר בהסכם עם לאומית, ימציא ערבות ביצוע להבטחת קיום ההסכם על ידו בסך 35,000 ₪ (שלושים וחמישה אלף שקלים חדשים)".
2	תנאים כלליים למכרז	8.5	אספקת 5 יוניטים בפרק זמן מיידי - עד חודש וחצי לאחר חתימה - כל עמדה מיוצרת בהתאם לספסיפקציה של המזמין. חודש וחצי לאספקת 5 עמדות הנו זמן קצר מאוד - במיוחד בהתחשב שיש זמני ייבוא הכרוכים בתהליך שהתארכו משמעותית בשנה האחרונה. ההמלצה היא בד"כ 4-6 חודשים.	ניסוח מתוקן: 8.5 אומדן הרכש הצפוי במהלך תקופת ההתקשרות הינו רכש של 5 יוניטים בפרק זמן מיידי, כך שאספקתם נדרשת עבור מרפאה חדשה בירושלים עד חודשיים וחצי לאחר חתימת ההסכם בין הצדדים". קיצוז קנסות בשל איחור באספקה ייעשה בהודעה מראש ותוך התחשבות בנסיבות חריגות אם יהיו, ובאילוצים שונים, ככל שרלוונטיים.
3	נספח א'- מפרט טכני	5.6.2.1	מבקש להבהיר כי הכוונה היא ליוניט עם זרועות "מלמעלה" בתצורה הנ"ל:	אכן
				
4	נספח א'- מפרט טכני	3.1	כנ"ל לגבי אספקה - מועד אספקה מומלץ להיות כסמוך למועד המוכנות לעמדה לאחר קבלת הזמנה.	ניסוח מתוקן: 3.1 "הספק יספק ויתקין את הציוד לא יאוחר מחודשיים וחצי לאחר חתימת ההסכם בין הצדדים".
5	נספח א'- מפרט טכני	3.2	למען הסר ספק, אחיזי היד היחידים שמבוקשים במסגרת המכרז הם מזרק וסקיילר, יתר יסופקו כמודולים עם חיבור מידוסט ללא כלי יד.	אכן
6	נספח א'- מפרט טכני	3.7	טיפול בתקלות תוך 6 שעות שמדובר בכל תקלה, מוצע שחלף זאת להגדיר 2 סוגי תקלות - משביתות /או לא משביתות או לחילופין למנות גורם בעל שיקול דעת לצורך קביעת התקלה - למשל אם ריפוד נפרם, או יש תקלה אחרת שניתן להמשיך לעבוד בכסא אין הצדקה להגיע תוך 6 שעות	מאושר. להלן ניסוח מתוקן: 3.7 קריאת שירות בשל תקלה משביתה , המונעת את המשך הפעלת היוניט, תטופל ע"י נציג הספק בסניף בו מותקן הציוד לא יאוחר מ- 6 שעות ממועד הקריאה, במידה והזמן הנ"ל חוצה את שעות פתיחת הסניף על הספק להגיע לא יאוחר מיום הפעילות הבא בשעה 09:00 בבוקר. קריאת שירות בשל תקלה לא משביתה , תקבל מענה ע"י נציג הספק בסניף בו מותקן הציוד תוך 72 שעות. הגעת נציג החברה לאתר תתואם עם נציג לאומית במרפאת השיניים, בהתאם לשעות הפעילות של לאומית. "

7	נספח א'- מפרט טכני	4.1	למען הסר ספק, הסעיף מדבר על רכישה חדשה לא החלפה של דגם שסופק ושודרג במהלך תקופת ההסכם	אכן
8	נספח א'- מפרט טכני	5	אחיז' יד – אין פירוט על סוג אחיז' היד הנדרשים למשל, מנוע אוויר, ידיתן, זזיתן, טורבינה וכמות מכל אחד לכל יוניט.	כפי שכתוב סעיף 5.6.2.1 במפרט הטכני, אחיז' היד הנדרשים לאספקה עם המגש העילי הינם סקיילר מובנה (ידית ניתנת לניתוק והחלפה) ומזרק 3 פעולות.
9	נספח א'- מפרט טכני	5.3	קיים אצלנו יוניט ייעודי שמאל/ימין שניתן לסובב את הציוד ההיקפי בקלות, נוחות ומהירות- יוניט זה יקר מהרגיל בכ 1,500 אירו. לא ניתן לסובב את היוניט עצמו. למה כוונתכם בסעיף זה?	לא משנה איזה רכיב מסתובב (סיבוב היוניט ו/או הציוד ההיקפי), כל עוד היוניט נותן מענה גם לימניים וגם לשמאליים זה מאושר.
10	נספח א'- מפרט טכני	5.3	על היוניט להיות מסוגל להתהפך בתמונת ראי כך שיותאם לימניים ולשמאליים - יוניטים אלו בד"כ דורשים חדר גדול ומרחב המאפשר את התנועה של היוניט. האם ניתן להציע יוניט לגישה ימנית בלבד? או יוניט בגישה ימנית או שמאלית/התאמה לשמאלית, על פי בחירת הקופה במועד ההזמנה?	לא. יש להציע דגם אשר נותן מענה גם לימניים וגם לשמאליים באותו היוניט.
11	נספח א'- מפרט טכני	5.4	מבוקש במכרז מגש עילי - כלומר מגש עזר נוסף? או שצנרת אחיז' היד יהיו מעל המגש? ההמלצה להשתמש מערכת עם צנרת סטנדרטית (ולא עלית מעל המגש). נא אשרו אפשרות להציע גם דגם בהגשה סטנדרטית/תחתית.	לא מאושר
12	נספח א'- מפרט טכני	5.6	במערכת F/O הסיב האופטי נמצא בתוך כלי היד - כרטיס F/O וצינור F/O מוליכים חשמל לאחיז' יד בעת שימוש (במסגרת המכרז אין דרישה לאספקת כלי היד עצמם מעבר למזרק וסקיילר) - הדרישה היא ל-2 מודולים HIGH SPEED ומודול LOW SPEED - האם נדרש הכנת F/O רק לHIGH SPEED או גם עבור הLOW SPED?	גם עבור ה- HIGH SPEED וגם עבור ה-LOW SPED.
13	נספח א'- מפרט טכני	5.6.1.1	המכרז הוגדר ליוניט פנאומטי אך בסעיף 5.6.1.1 כתוב כיסא חשמלי עם הפעלה בכיסא. למה להתייחס? היוניט נדרש להיות חשמלי או פנאומטי	פנאומטי.
14	נספח א'- מפרט טכני	5.6.1.5	נדרש ניילון להגנה לרגליים. אצלנו יש הגנה עדיפה ע"י פלסטיק עמיד. מציין לטובת הדיוק.	מאושר.