

מכרז מס' 7460/24 להצבת ציוד לביצוע בדיקות פוריות, כולל אספקת ערכות בדיקה, מתכלים, שירות ואחזקה				
מענה לשאלות הבהרה נוספות				
מס"ד	מסמך	מספר סעיף	פירוט השאלה	מענה
107	כללי		האם נדרש להציב ציוד חדש לביצוע הבדיקות	כן, נדרש להציב ציוד חדש במסגרת המכרז
108	כללי		האם מכשיר אחר במעבדה המסוגל לבצע את הבדיקות נשוא המכרז יכול להוות גיבוי למכשיר ביצוע STAND ALONE שיוצע במסגרת המכרז	לא. נדרש ציוד STAND ALONE עם חיבור ישיר ל LIS של המעבדה. אין מניעה שציוד קיים יוכשר לביצוע הבדיקות נשוא המכרז אך לא כגיבוי ראשון
109	כללי		האם הדרישה להציב את הציוד ולהביאו להפעלה מלאה תוך 75 ימים מיום מתן הודעה לספק הנוכחי של לאומית על פינוי הציוד הנוכחי נכונה ל- 2 המעבדות	כן- בכוונת לאומית להפעיל את הציוד החדש ב- 2 המעבדות בו זמנית.
110	כללי		כמה בדיקות מבוצעות ביום?	ניתן לבצע אומדן ע"פ הנתונים בסעיף 1.3 למסמכי המכרז לפי 220 ימי עבודה בשנה.