

לאומית שירות בריאות, יחידת המכרזים כתובת: רח' שפרינצק 23 תל אביב (קומה 3) טל: 03-6949671, פקס: 03-6949616, דוא"ל: michrazim@leumit.co.il שעות פעילות: ימים א' - ה' בין השעות 09:00 – 14:00	
מכרז מס' 7440/24 להצבת מערכות אוטומטיות לניהול, ביצוע ואישור בדיקות בתחום ההמטולוגיה, כולל אספקת ראגנטים ושירותי אחזקה	
מועד להגשת הצעות: עד 13/06/2024 בשעה 14:00. ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים, במשרדי יחידת המכרזים בכתובת המפורטת לעיל.	
סוג המכרז: מכרז פומבי דו-שלבי, עם אפשרות לעריכת הליך תחרותי נוסף ממוכן ומתפתח.	ההסכם עם הספק הזוכה ייחתם לתקופה של שש שנים, [ולגבי פרק A - או לאחר דיווח 3,800,000 בדיקות, לפי המוקדם] עם שתי אופציות להארכת ההתקשרות בשנתיים נוספת בכל פעם.
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז: - המזיע מאוגד כדין או שהינו עוסק מורשה, רשום כדין בישראל או עוסק מורשה, ובעל אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. - לציוד המוצע לכל אחד מהפרקים ולראגנטים הנדרשים המוצעים קיימים אישורי תו תקן C.E. Mark או F.D.A (Food & Drug Administration) בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. - לציוד המוצע לכל פרק ולראגנטים הנדרשים המוצעים יש אישור אמ"ר בתוקף או בקשה לחידוש אישור אמ"ר שהוגשה לפני תום תוקפו של האישור הקיים. - כלל הציוד המוצע לכל פרק עומד בהתאמה בדרישות המפורטות בסעיפים 1.3, 1.4 למסמך התנאים הכלליים למכרז. - למזיע בפרק A ניסיון של שנה לפחות באספקת ציוד מעבדתי למעבדה דיאגנוסטית והתקנת קו אוטומטי עם לפחות 3 מכשירים המבצעים סה"כ לפחות 1,500 דגימות ביום בישראל (בית חולים ו/או קופת חולים), הבאתו לכדי תפעול מלא ותחזוקתו לרבות מתן אחריות ושירות כנדרש בנספח א-4 (דרישות שירות). מובהר כי נדרשת פעילות שגרתית כאמור במשך שנה מהפעלת הקו לביצוע בדיקות בפועל בישראל. - מכשירי הבדיקה המוצעים לפרק A מתממשקים למערכת המנהלת של הקו המוצע והמערכת המנהלת מתממשת עם מערכת לניהול מעבדות LabOS. מכשירי הבדיקה המוצעים לפרק B מתממשקים עם מערכת לניהול מעבדות LabOS. - הציוד המוצע לפרק A פועל עם מבחנות K2(3)EDTA 3 מ"ל וכן עם מבחנות פדיאטריות מסוג MAP (Microtube for Automated Process) 0.5 מ"ל (הבהרה: ניתן לעבוד עם מבחנות MAP גם במכשירי ספירה וגם במכשירי שיטוח וצביעה בצורה אוטומטית, ללא פתיחת פקק של המבחנה (הציוד הוא CAP PIERCING), ללא מעורבות מפעיל). - הציוד המוצע לפרק A לביצוע ספירות דם מבצע שטיפה אוטומטית במקרים בהם נשאב קריש דם, ללא עצירה, וממשיך לעבוד (כלומר, לציוד רגישות נמוכה לקרישי דם). - כלל הציוד המוצע בפרק A בעל קוראי ברקוד מובנים (פנימיים) ובנוסף, הציוד לביצוע ספירות דם גם בעל קורא ברקוד חיצוני, המסוגלים לקרוא מיכלי דיגום עם ברקוד מסוג 128 ו-9 ספרות. - המזיע בכל פרק הוא מפיץ מורשה בישראל מטעם היצרן של הציוד המוצע, הערכות והמתכלים. - המזיע צרף להצעתו ערבות מכרז.	
מלוא תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אשר מופיעים באתר לאומית בכתובת: www.leumit.co.il תחת לשונית "מכרזים"; תנאי המכרז המחייבים הם אך ורק אלו המופיעים באתר לאומית; עדכונים בנוגע למכרז יפורסמו באתר לאומית; על המעוניינים להשתתף במכרז לעקוב ולהתעדכן בפרסומים באתר; לברורים ניתן לפנות בדוא"ל, לכתובת michrazim@leumit.co.il	