

לאומית שירות בריאות, יחידת המכרזים כתובת: רח' שפרינצק 23 תל אביב (קומה 3) טל: 03-6949671, פקס: 03-6949616, דוא"ל: michrazim@leumit.co.il שעות פעילות: ימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 14:00	
מכרז מס' 7498/26 להצבת ציוד לביצוע הפרדת חלבונים והמוגלובינים בשיטת אלקטרופורזה קפילרית כולל אספקת מתכלים, שירות ואחזקה	
מועד להגשת הצעות: עד 04/03/2026 בשעה 14:00. ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים, במשרדי יחידת המכרזים בכתובת המפורטת לעיל.	
ההסכם עם הספק הזוכה ייחתם לתקופה של חמש שנים עם שלוש אופציות להארכת ההתקשרות בשנה נוספת בכל פעם.	סוג המכרז: מכרז פומבי דו-שלבי, עם אפשרות לעריכת הליך תחרותי נוסף ממוכן ומתפתח.
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:	
1. המציע מאוגד כדין או שהינו עוסק מורשה, רשום כדין בישראל ובעל אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.	
2. לציוד המוצע, לערכות הבדיקה ולמתכלים הנלווים המוצעים קיימים אישורי תו תקן C.E.Mark ו/או F.D.A (Food & Drug Administration), בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.	
3. לציוד המוצע, לערכות ולמתכלים הנלווים המוצעים יש אישור אמ"ר בתוקף או בקשה לחידוש אישור אמ"ר שהוגשה לפני תום תוקפו של האישור הקיים.	
4. נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, הציוד המוצע פועל במשך שנה לפחות בבית חולים או מעבדה <u>בישראל</u> לצורך ביצוע הבדיקות נשוא מכרז זה בשגרה (להבדיל, למשל, מפעולה לצרכי אבולוציה, מחקר, Beta Site וכיו"ב).	
5. בציוד המוצע ביצוע הפעולות priming, shutdown ותחזוקה למכשיר יהיה באופן אוטומטי.	
6. בציוד המוצע קיים תא קירור לשמירת הריאגנטים לבדיקת ה-Immunotyping.	
7. בציוד המוצע ניתן לכמת (באחוזים) את גודל הפיק המונוקלונלי, אם קיים.	
8. בציוד המוצע קיים רישום ומעקב אחר טיפולים ואחר אצוות ופגות תוקף של ריאגנטים.	
9. בציוד המוצע ניתן להטעין דגימות בנפח קטן של 150µl.	
10. המציע הוא מפיץ מורשה בישראל מטעם היצרן או שהינו נציגות ישראלית של היצרן של הציוד המוצע, הערכות והמתכלים המוצעים.	
מלוא תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אשר מופיעים באתר לאומית בכתובת: www.leumit.co.il תחת לשונית "מכרזים"; תנאי המכרז המחייבים הם אך ורק אלו המופיעים באתר לאומית; עדכונים בנוגע למכרז יפורסמו באתר לאומית; על המעוניינים להשתתף במכרז לעקוב ולהתעדכן בפרסומים באתר; לברורים ניתן לפנות בדוא"ל, לכתובת michrazim@leumit.co.il	